



Република България
Администрация на Президента

Изх. № 15-00-160(1)

15.04.2016 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили искания за разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“, Ви уведомявам следното:

Въпрос:

В изискване 3.3 по СОП № 3 е посочено - „Режими на работа: В, М, цветен доплер CFM, CW, PW, HPRF, CDFI, DIR Power, CM, TVM, TDI (тъканен доплер). TVM™ е запазена марка на производителя Esaote Италия, значи ли, че могат да бъдат предлагани апарати само от този производител?

Отговор:

Не. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната апаратура е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение апаратура с еквивалентни технически характеристики.

Въпрос:

При условие, че нито един от изискваните от Вас трансдюсери за СОП № 3 не може да работи в режими CW, TVM и TDI, какво налага включването на тези изисквания като задължителни?

Отговор:

Посочените изисквания са включени като задължителни с оглед предоставяне на възможност за съответните лечебни заведения за разширяване обхвата на диагностиката чрез последващо надграждане на апаратурата със съответните трансдюсери.

Въпрос:

В т. 3.4 по СОП № 3 е посочено изискване „Да има възможност за: трапецоидални, дуплекс, триплекс, 3D.“ Кой от режимите 3D да бъде включен, след като няма изискване за наличие на софтуер за 3D и подходящ трансдюсер за това? Значи ли, че се изисква режим “3D свободна ръка”, който отдавна не се практикува в света, повече от 6 години.

Отговор:

В посоченото изискване е допусната техническа грешка и режим 3D не представлява основно изискване към апаратурата по СОП № 3.

Въпрос:

В изискване 4.1 по СОП № 4 е посочено „Минимално 15” цветен монитор с плосък дисплей, с висока резолюция мин 1400 x 1050 пиксела и дигитална настройка на контраста.“ При условие, че съвременните ехографи са комплектувани с монитори поддържащи формат 16:9 и съответни резолюции за този формат (примерно 1600:900 pix) , допустими ли са такива предложения?

Отговор:

Да, допустими са. Ако мониторът поддържа различен формат, следва да бъде със съответната за формата висока резолюция, позволяваща високо качество на изображението.

Въпрос:

В изискване 4.7 по СОП № 4 е посочено „Твърд диск за запис и съхранение на данни (HDD) не по-малко от 320 GB.“ Новите портативни ехографи са оборудвани със съвременните бързи и надеждни електронни „дискове“ тип SSD . Възможно ли е да бъдат предлагани апарати с дискове SSD, като по-добра алтернатива на HDD?

Отговор:

Да, възможно е. Предложения с по-съвременни технологични решения ще се приемат като по-добри от минимално изискваните.

Въпрос:

В изискванията 4.12, 4.13 и 4.14 по СОП № 4 са посочени трансдюсерите, които да бъдат включени в предложенията. При условие, че в общите изисквания за позицията няма дефинирани области на приложение (както е уточнено в позиция №3/ т.3.2), така описаните трансдюсери се препокриват в голяма част в приложенията си. Какво налага да има въведен честотен диапазон 4.0 до 11MHz за секторен трансдюсер от изискване 4.12 при условие, че този диапазон е характерен само за един известен производител, а няма посочени честотни диапазони за другите трансдюсери?

Отговор:

Изискванията за конкретните трансдюсери и за честотния диапазон на секторен трансдюсер са обвързани със заявените специфични потребности на лечебните заведения – бенефициенти.

Въпрос:

Какви да бъдат приложенията на трансдюсерите от 4.12, 4.13 и 4.14 по СОП № 4? (например „кардиология неонатално“ , „мозъчно черепна неонатално“, „абдоминално за новородени“ и т.н.)

Отговор:

Предметът на цялата обществена поръчка е медицинско оборудване, предназначено за деца, както е посочено в обявлението за обществената поръчка, поради което по подразбиране областите на приложение на апаратурата по СОП № 4 са педиатрия и неонатология.

Въпрос:

Спецификацията на СОП №4 съвпада на 95% с обявената в ОП на МЗ, която в момента се разглежда. Единствената разлика е, че там се изискват два трансдюсера, а не три. Оценката на експертите от МЗ за прогнозна стойност на апарата с два трансдюсера е два пъти по-ниска. Какво налага тази драстична разлика с повече от 30 000 лева в прогнозните цени при условие, че допълнителният трансдюсер не е матричен или ТЕЕ?

Отговор:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена при прилагане на правилата по чл. 15 от ЗОП, в които няма изискване за съобразяване със прогнозната стойност на поръчки с аналогичен или сходен предмет, възлагани от друг/и възложител/и, тъй като това не е пазарен показател. Прогнозната стойност не ограничава потенциалните участници в процедурата да оферират цени на апаратурата, които да са по-ниски от прогнозната стойност на поръчката, стига апаратурата да отговаря на минималните технически изисквания и нейната цена да не се третира от закона като дъмпингова по смисъла на чл. 70 от ЗОП при сравнение с цените, предложени от другите участници.

Въпрос:

За всички СОП има изискване за предоставяне на „Други параметри, допълнителни възможности и функции“, които ще бъдат оценявани с 20 точки за съответната позиция. Тези параметри, възможности и функции трябва ли да са част от комплектацията и цената, или могат да бъдат опции, или и двете?

Отговор:

Посочването на други параметри, възможности и функции на апаратурата не е задължително, но подлежи на оценяване по съответния показател за оценка на офертата при избрания критерий „икономически най-изгодна оферта“.

При изготвяне на офертата се допускат варианти по всички позиции, които следва да представляват цялостно предложение за съответната позиция (техническо предложение със съответни параметри и съответна цена). Всеки предложен вариант подлежи на оценяване, като съответният участник участва в крайното класиране само с варианта, получил най-висока оценка.

С УВАЖЕНИЕ,

/П/

**РОСЕН КОЖУХАРОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**