

Утвърждавам,

/П/

Росен Кожухаров

Главен секретар на президента
на Република България

Дата: 17.10.2016 г. __

ДОКЛАД

от работата на комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-54/ 14.09.2016 г. на Главния секретар на президента за провеждане на преговори, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, продадени в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа", разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - "Доставка на Фибробронхоскоп" и Обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“.

С Решение № ЛС-11-52 от 29.08.2016 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа", разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - "Доставка на Фибробронхоскоп" и Обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“. Изпратени са покани до двама участника по всяка обособена позиция. След изтичане на крайния срок за подаване на оферти е назначена комисия, чиято работа е отразена в настоящия протокол.

I. Комисия

Със Заповед № ЛС-11-54/ 14.09.2016 г. на Главния секретар на президента е назначена комисия за провеждане на преговори, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, продадени в гореописаната процедура в състав:

Председател: Дарина Влагова – съветник по благотворителната инициатива „Българската Коледа“;

Членове:

1. Татяна Инчовска – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в Администрацията на президента;
2. проф. д-р Цоло Цолов – Клиника по ушни-носни и гърлени болести към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – външен експерт;
3. д-р Мая Йорданова – клиника по „Детска онкохематология“ към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – външен експерт;

4. инж. Георги Янчев – началник на отдел „Медицинска и компютърна техника и комуникационни системи“ в МБАЛ-София, ВМА – външен експерт

След получаването на списъка с участниците в процедурата, председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения състав.

В хода на работа на комисията не са настъпвали промени в състава на комисията, сроковете и задачите, определени със заповедта на възложителя.

II. Участници

В определения в поканите за участие срок - до 17:30 ч. на 13.09.2016 г., са постъпили 3 (три) оферти от следните поканени участници:

	Входящ номер	Дата и час на регистрация	Участник	СОП
1.	Вх. № 02-08-29(6)	13.09.2016 г., 13:46 ч.	ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД, ГР. СОФИЯ	По СОП 1
2.	Вх. № 02-08-29(7)	13.09.2016 г., 16:20 ч.	АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, ГР. СОФИЯ	По СОП 2
3.	Вх. № 02-08-29(8)	13.09.2016 г., 16:22 ч.	ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ГР. СОФИЯ	По СОП 2

III. Работен процес

1. Преговори

На 14.09.2016 г. в 10:00 ч. в сградата на Администрацията на Президента на Република България, бул. “Дондуков” 2 се събра назначената комисия за провеждане на преговори и определяне условията на договора с подалият оферта участник по обособена позиция № 1 - "Доставка на фибробронхоскоп“

Действията на комисията по време на преговорите и постигнатите договорености са отразени в двустранно подписан Протокол № 1, приложение към настоящия доклад.

На същата дата в 11:00 ч., след проведен жребий на основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП за определяне поредността на участниците, комисията проведе преговори с подалите оферта по обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“.

Действията на комисията по време на преговорите и постигнатите договорености с участниците са отразени в двустранно подписани Протокол № 2 и Протокол № 3, приложения към настоящия доклад.

След проведените преговори приключи публичната част от заседанието на комисията.

2. Закрити заседания

В периода 15.09.2016 г. – 12.10.2016 г. комисията в закрити заседания прегледа представените оферти и провери представените от участниците документи за съответствието им с изискванията на ЗОП и на възложителя.

При извършената проверка комисията констатира следното:

По обособена позиция 1 – „Доставка на фибробронхоскоп“ – подадена е една оферта.

Участникът - ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД е представил всички изискуеми документи. Същите са оформени правилно и съответстват с изискванията на закона и на възложителя. Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) всички обстоятелства за лично състояние и по критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията единодушно реши да допусне този участник до следващ етап в процедурата – разглеждане на техническото предложение.

Комисията премина към подробно разглеждане на представените документи от техническото предложение на участника. Същите са представени и оформени правилно.

При преглед на Предложението за изпълнение на поръчката комисията, констатира:

- Показателите на предложената от участника медицинска апаратура по т. 1.6 – дистален край и т. 1.7 – инсертна тръба от приложената към Предложението за изпълнението на поръчката Таблица за съответствие на медицинското оборудване с техническата спецификация на възложителя са с минимално отклонение от поставените от възложителя изисквания. Същото се отразява в разминаване с 0,2 мм. - по т. 1.6 и 0,1 мм. - по т. 1.7. Комисията прецени, че несъответствието е несъществено и не би могло да окаже негативно влияние върху резултатите от диагностиката и лечението, даже напротив. Техниката разполага с вграден в инсертната тръба (с диаметър 2,8 мм.) работен канал (с диаметър 1,2 мм.), което подобрява техническите параметри в сравнение с моделите от предходни поколения, като максимално се улеснява работата на ендоскописта, качеството и точността на съответната манипулация. Подобро е качеството на документиране на резултатите, което вече е задължително условие в съвременната медицина. Наличието на вградения работен канал значително увеличава функционалните възможности и области на приложение по отношение на медицинските случаи, при запазена възрастова група – деца 0-4 г. Констатираната разлика в мм. по същество се явява незначителна и на практика е в следствие усъвършенстване на апаратурата, като по никакъв начин не може да компрометира пълнотата и информативността на провежданите изследвания, ефективността, атравматичността, както и сигурността на пациента (детето).

Освен посоченото, параметрите на предложената апаратура са в унисон с педиатричните стандарти (диаметър до 3,6 мм. за инсертната тръба) и стандартите за деца до 4-годишна възраст (диаметър до 2,8 мм), за които е предназначена апаратурата в настоящата поръчка. Същото се отнася и за дисталния край – т. 1.6 от техническата спецификация и Таблицата за съответствие, който следва да е със същия диаметър или с отклонение +/-0,1-0,2 мм от диаметъра на инсертната тръба.

- Останалите документи и предложения на участника от техническото му предложение също съответстват с изискванията на закона и на възложителя.

Обсъждайки и преценявайки обективно предложението на участника, като отчита и че описаното отклонение по-горе е незначително, както и че отговаря на стандартите за медицинските изделия в тази област и прилагайки разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от ЗОП, комисията счита, че техническото предложение на участника съответства с изискванията на закона и на възложителя.

С оглед констатациите изложени по-горе комисията единодушно реши да допусне участника – ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД, до оценка и класиране в процедурата по обособена позиция 1 – „Доставка на фибробронхоскоп“.

По обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“ – са подадени две оферти.

Участникът – АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, е представил всички изискуеми документи, като освен ЕЕДОП, е представил и документи, доказващи декларираните обстоятелства за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. Същите са оформени правилно и съответстват с изискванията на закона и на възложителя. Комисията допусна този участник до следващ етап в процедурата – разглеждане на техническото предложение.

Комисията премина към подробно разглеждане на представените документи от техническото предложение на участника. Същите са представени и оформени правилно.

При проверка на Предложението за изпълнението на поръчката и приложената към него Таблица за съответствие на медицинското оборудване с техническата спецификация на възложителя комисията установи несъответствия с поставените от възложителя минимални изисквания в т. IV „Техническа спецификация“ от поканата за участие, а именно:

- **т. 2.11.** – Участникът предлага максимален входящ поток на помпата при TPE до 120 мл/мин, което не отговаря на поставеното минимално изискване в т. 2.11 от Техническата спецификация изискване за максимален входящ поток на помпата при TPE до 143 мл/мин.

Комисията счита, че отклонението е съществено. Процедурата би могла да бъде осъществена, но коректният и обективен резултат зависи от опита на лекаря, който работи с апарата. Това създава предпоставки за манипулиране на крайния резултат от страна на специалиста.

- **т. 2.12.** – Участникът предлага максимален входящ поток на помпата при MNC до 120 мл/мин, което не отговаря на поставеното минимално изискване в т.2.12 от Техническата спецификация изискване за максимален входящ поток на помпата при MNC до 125 мл/мин.

Комисията счита, че отклонението е съществено. Невъзможността за осигуряване на максимален входящ поток удължава времетраенето за извършване на процедурата. С оглед факта, че апаратурата е предназначена за деца, дългата процедура повишава риска от поява на странични ефекти при прилагане на процедурата.

- **т. 2.14.** от Техническата спецификация поставя изискване за загуба на тромбоцити при TRE < 1,5%. Предложението на участника е за загуба на тромбоцити при TRE 3,3%, което не отговаря на поставените минимални изисквания.

Комисията счита, че отклонението е съществено. Специално за лечението на деца е от голямо значение свеждането до минимум на загубата на тромбоцити. В конкретния случай децата, за които е предназначена тази апаратура, са със заболявания, при които първично е нарушен тромбоцитния брой в кръвта.

- **т. 2.16.** от Техническата спецификация поставя изискване за Htc MNC продукт < 3%. Предложението на участника е за Htc MNC продукт 10%, което не отговаря на поставените минимални изисквания.

Комисията счита, че отклонението е съществено. Полученият продукт с висок хематокрит предполага по-голям финален обем при замразяване и използване на по-голямо количество клетъчен стабилизатор (DMSO), което повишава риска от токсичност от този препарат (нарушават се допустимите норми на токсичност при резултатите).

- **т. 2.17.** от Техническата спецификация поставя изискване за прецизност на потока на изпомпване 6%. Предложението на участника е за прецизност на потока на изпомпване 10%, което не отговаря на поставените минимални изисквания.

Комисията счита, че отклонението е съществено.

- **т. 2.18.** от Техническата спецификация поставя изискване за помпа за обратен поток с контрол на обратния поток. В предложението на участника е заявено, че принципът на работа на апарата изключва наличието на такава помпа, което не отговаря на поставените минимални изисквания.

Комисията счита, че отклонението е съществено. Наличието на помпа се отразява на сигурността при провеждане на процедурата, която е от изключителна важност при деца.

Комисията счита, че посочените отклонения от минималните изисквания на възложителя са съществени и оказват сериозно влияние върху манипулациите, резултатите и ефективността на работата с апарата.

В т. 2.33 от Таблица за съответствие на медицинското оборудване с техническата спецификация на възложителя – допълнителни възможности и функции – участникът е описал наличие на:

- система, предпазваща мястото на достъп до вената от съсирване при спиране на потока и
- маншет, донорен/пациентен дисплей, принтер с държач и кабел.

Комисията счита, че представените функции на апарата не са допълнителни, а основни, тъй като без тях апаратът не може да работи.

Комисията установи и следното несъответствие между декларираните обстоятелства и информация, обективизирана в представените документи, а именно: В Предложението за изпълнение на поръчката участникът е декларирал, че апаратът е включен в производствената листа на производителя от 2012 г. При преглед на документите се установи, че е приложена декларация от управителя на ФРЕЗЕНИУС КАБИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, че апаратът е притежава обновен софтуер версия 04.03.08, което е удостоверено с поверителен документ – техническа информация с № 11874/ 12.04.2012 г. В същото време е представена ЕС декларация за съответствие на апарата от производителя датирана от 23 март 2010 г.

С оглед констатациите изложени по-горе, комисията счита, че офертата на участника - АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София не отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да не допуска до оценка и класиране офертата на този участник по обособена позиция 2 – "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“.

Участникът – ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, е представил всички изискуеми документи. Същите са оформени правилно и съответстват с изискванията на закона и на възложителя. Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства за лично състояние и по критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията допусна този участник до следващ етап в процедурата – разглеждане на техническото предложение.

Комисията премина към подробно разглеждане на представените документи от техническото предложение на участника. Същите са оформени правилно.

При преглед по същество на техническото предложение комисията, констатира, че не е приложен документ - ЕС сертификат за оценка на съответствието, издаден от нотифициран орган, съгласно изискванията на раздел VII, т. 5.3.5 от поканата за участие. В същото време е представен документ – ЕО Декларация за съответствие на апаратурата, съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗМИ от производителя, в който е посочен наименование, адрес и номер на нотифицирания орган. Предвид изложеното на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и доколкото представянето на документа не води до промяна на техническото предложение на участника, комисията реши да изиска от участника допълнителни доказателства за тези данни, посочени в офертата.

С писмо от 05.10.2016 г. от председателя на комисията е изпратено искане до участника за предоставяне в 5-дневен срок на ЕС сертификат за оценка на съответствието от нотифицирания орган.

В определения от комисията срок участникът с вх. № 02-08-29 (9)/ 10.10.2016 г. е депозирал в деловодството на администрацията Сертификат ЕС от нотифициран орган. Документът е придружен и с превод на български език. С представянето на този документ, комисията се убеди, че участникът отговаря на изискванията, поставени в раздел VII, т. 5.3.5 от поканата за участие.

Останалите документи и предложения на участника от техническото му предложение също съответстват с изискванията на закона и на възложителя.

Предвид изложеното, комисията единодушно реши да допусне участника – ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, до оценка и класиране в процедурата по обособена позиция 2 – "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“.

IV. Оценяване на допуснатите оферти

Офертите на участниците по всяка обособена позиция ще се оценяват и класират според критерий „Оптимално съотношение качество/цена“, по следните показатели със съответна относителна тежест:

Показател (П)	Относително тегло	Максимално възможен брой точки
Предложена цена (П ₁)	60% (0,60)	10
Гаранционен срок (П ₂)	20% (0,20)	10
Допълнителни възможности и функции (П ₃)	20% (0,20)	10

Класирането на допуснатите до участие оферти по всяка обособена позиция се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ – КО, като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

$$КО = П_1 + П_2 + П_3, \text{ където}$$

П₁ - оценка по показател „Предложена цена“

П₂ - оценка по показател „Гаранционен срок“

П₃ - оценка по показател „Допълнителни възможности и функции“

Максималният резултат от комплексното оценяване е 10 точки.

Предложена цена (П₁)

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки, които се умножават по коефициент 0,60 - равен на относителното тегло на показателя.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$П_1 = (10 \times C_{\min} / C_n) \times 0,60$$

C_{min} - най-ниска предложена цена

C_n - цената на n-я участник

10 - максимален брой точки

0,60 - относително тегло на показателя

Гаранционен срок (П₂)

Максимален брой точки получава офертата с предложен най-голям гаранционен срок – 10 точки, които се умножават по коефициент 0,20 - равен на относителното тегло на показателя.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-голям предложен гаранционен срок по следната формула:

$$П_2 = (10 \times G_n / G_{\max}) \times 0,20$$

G_{max} - най-голям предложен гаранционен срок

G_n – предложения гаранционен срок на n-я участник

10 - максимален брой точки

0,20 - относително тегло на показателя

Гаранционен срок – срокът за гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване е не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца и не повече от 60 (шестдесет) месеца от датата на въвеждането му в експлоатация.

Допълнителни възможности и функции (П₃)

Оценката по този показател е експертна и се базира на сравнителен анализ на съответните предложения от всички оферти по конкретната обособена позиция. На оценяване подлежат конкретните предложения за възможности и функционални характеристики на медицинската апаратура, които по същество са допълнителни и не представляват част от задължителните изисквания съгласно техническото задание.

По обособена позиция № 1 - „Фибробронхоскоп“ на оценка подлежат предложенията на участниците за:

- Ендоскопска USB камера с висока чувствителност – 2 точки.
- РС базирана работна станция 1 бр. – 2 точки.
- Специализиран програмен продукт – пациентска база данни, функция - анализ и редакция на образите, запис и възможност за плейбек в забавен кадър, форма за принтиране на рапорти – 2 точки.
- Предложени от оферента други допълнителни възможности и функции – до 4 точки.

По обособена позиция № 2 - „Апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“ на оценка подлежат предложенията на участниците за:

- Предложени от оферента други допълнителни възможности и функции – до 10 точки.

За предложения съответстващи точно с техническата спецификация не се присъждат точки, а само за предложения съдържащи:

- *В повече допълнителна окомплектовка;*
- *В повече функционални възможности (работни програми, допълнителни приставки, аксесоари и др.);*
- *В повече и/или други обективно по-добри качествени показатели.*

Оценката се изразява чрез числова стойност от 0 до 10 т. при максимални 10 т., като две и повече предложения могат да получат еднакъв брой точки.

За изчисление на показателя се прилага следната формула:

$$П_3 = (\text{бр. точки} - \text{от 0 до 10}) \times 0,20$$

10 - максимален брой точки

0,20 - относително тегло на показателя

Забележка: Всички изчисления се закръгляват до втория знак след десетичната запетая (до 0,01).

По обособена позиция 1 – „Доставка на фибробронхоскоп“ – участникът - ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД, е направили следните предложения, подлежащи на оценка:

Предложена единична цена – 32 878,00 лв. без ДДС;

Гаранционен срок – 24 месеца;

Допълнителни възможности и функции – участникът предлага:

1. Ендоскопска USB камера с висока чувствителност, РС базирана работна станция 1 бр. и специализиран програмен продукт – пациентска база данни, функция - анализ и редакция на образите, запис и възможност за плейбек в забавен кадър, форма за принтиране на рапорти.

2. Допълнителни възможности за камера: 2 броя програмируеми бутони на главата на камерата, херметична глава на камерата, вграден anti-moire филтър в камерата за работа с фибро-ендоскопи и интегрирана iSe технология

3. Допълнителни възможности за специализирания програмен продукт: възможност за запис на аудио по време на изследването и възможност за споделяне на образи чрез и-мейл.

За всеки от тези продуктите по т. 1, съгласно методиката за оценка, участникът получава по 2 т. или общо 6 т.

При преценка на допълнителните възможности и функции предложени от участника по т. 2 и т. 3, съобразяване на тяхното количество, вид и функционалност, комисията счита, че същите са съществени, обективно приложими и допринасят във висока степен за качеството на работата с апаратурата, поради което комисията реши за присъди максималния брой точки по този показател - 4 т.

Отчитайки направените предложения и след прилагане на гореописаната методика за участника ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД се получиха следните резултати:

Предложена цена (P_1) – 6 т.

Гаранционен срок (P_2) – 2 т.

Допълнителни възможности и функции (P_3) – 2 т. или

Комплекса оценка – 10 т.

По обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор" – участникът - ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, е направили следните предложения, подлежащи на оценка:

Предложена цена – 120 000 лв. без ДДС;

Гаранционен срок – 24 месеца;

Допълнителни възможности и функции – участникът не е посочил такива.

Отчитайки направените предложения и след прилагане на гореописаната методика за участника ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД се получиха следните резултати:

Предложена цена (P_1) – 6 т.

Гаранционен срок (П₂) – 2 т.

Допълнителни възможности и функции (П₃) – 0 т. или

Комплекса оценка – 8 т.

V. Отстранени участници. Мотиви.

В резултат на извършените констатации, обективирани в т. III от настоящия доклад комисията предлага за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП:

Участникът – АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, ГР. СОФИЯ, подал оферта по обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“.

МОТИВИ: Офертата на участника - АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, ГР. СОФИЯ не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства за заложените от възложителя минимални изисквания към медицинската апаратура:

- т. 2.11. – Участникът предлага максимален входящ поток на помпата при TPE до 120 мл/мин, което не отговаря на поставеното минимално изискване в т. 2.11 от Техническата спецификация изискване за максимален входящ поток на помпата при TPE до 143 мл/мин.
- т. 2.12. – Участникът предлага максимален входящ поток на помпата при MNC до 120 мл/мин, което не отговаря на поставеното минимално изискване в т.2.12 от Техническата спецификация изискване за максимален входящ поток на помпата при MNC до 125 мл/мин.
- т. 2.14. от Техническата спецификация поставя изискване за загуба на тромбоцити при TPE < 1,5%. Предложението на участника е за загуба на тромбоцити при TPE 3,3%, което не отговаря на поставените минимални изисквания.
- т. 2.16. от Техническата спецификация поставя изискване за Htc MNC продукт < 3%. Предложението на участника е за Htc MNC продукт 10%, което не отговаря на поставените минимални изисквания.
- т. 2.17. от Техническата спецификация поставя изискване за прецизност на потока на изпомпване 6%. Предложението на участника е за прецизност на потока на изпомпване 10%, което не отговаря на поставените минимални изисквания.
- т. 2.18. от Техническата спецификация поставя изискване за помпа за обратен поток с контрол на обратния поток. В предложението на участника е заявено, че принципът на работа на апарата изключва наличието на такава помпа, което не отговаря на поставените минимални изисквания.

Посочените отклонения от минималните изисквания на възложителя са съществени и оказват сериозно влияние върху манипулациите, резултатите и ефективността на работата с апарата.

VI. Класиране

Въз основа на извършените от комисията действия по разглеждане на представените оферти на участниците и извършената оценка по методиката, съгласно поканата за участие, комисията класира участниците в процедурата по договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по

благотворителната инициатива "Българската Коледа", разделена на две обособени позиции, както следва:

По обособена позиция 1 – „Доставка на фибробронхоскоп“:

1-во място: ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД – с комплексна оценка – 10 т.

В случай, че бъде определен за изпълнител, договорът следва да бъде допълнен с предложенията на участника и постигнатите договорености, отразени в протокол № 1 от проведените преговори, за доставка като дарение на адаптер за свързване към наличен източник на студена светлина за всеки един от апаратите.

По обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“:

1-во място: ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД – с комплексна оценка – 8 т.

В случай, че бъде определен за изпълнител договорът следва да бъде допълнен с предложенията на участника и постигнатите договорености, отразени в протокол № 2 от проведените преговори, за доставка като дарение минимум 10 сета за левкафереза и 5 сета за терапевтична плазмена обмяна по преценка на лечебното заведение-бенефициент.

С извършването на горните действия комисията приключи своята работа.

Настоящият доклад се състави на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП и подписа от всички членове на комисията на 12.10.2016 г.

Докладът, заедно с протоколите от преговорите, цялата документация и офертите на участниците се представя на възложителя за утвърждаване.

Комисия:

/П/

Председател: _____

/Дарина Владова/

Членове:

/П/

1. _____

/Татяна Инчовска/

/П/

2. _____

/проф. д-р Цоло Цолов/

/П/

3. _____

/д-р Мая Йорданова/

/П/

4. _____

/инж. Георги Янчев /

ПРОТОКОЛ № 1

от проведени преговори в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа", разделена на две обособени позиции

Днес, 14.09.2016 г. в 10:00 ч. в сградата на Администрацията на Президента на Република България, бул. "Дондуков" 2 се събра комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-54/ 14.09.2016 г. на Главния секретар на президента за провеждане на преговори, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, продадени в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа", в състав:

Председател: Дарина Владова – съветник по благотворителната инициатива „Българската Коледа“;

Членове:

1. Татяна Инчовска – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в Администрацията на президента;
2. проф. д-р Цоло Цолов – клиника по „Ушни-носни и гърлени болести“ към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – външен експерт;
3. д-р Мая Йорданова – клиника по „Детска онкохематология“ към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – външен експерт;
4. инж. Георги Янчев – началник на отдел „Медицинска и компютърна техника и комуникационни системи“ в МБАЛ-София, ВМА – външен експерт,

за провеждане на преговори с поканените участници по обособена позиция № 1 - "Доставка на фибробронхоскоп" и определяне условията на договора.

След получаването на списъка с участниците в процедурата, председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения състав.

Заседанието се откри от председателя на комисията, след което ръководенето му беше преотстъпено на юриста – член на комисията. Присъстваха представители на поканените участници.

Водещият заседанието обяви, че за участие в процедурата по обособена позиция № 1 - "Доставка на фибробронхоскоп" в деловодството на Администрацията на президента в определения срок - до 17:30 ч. на 13.09.2016 г., е постъпила 1 (една) оферта от следния поканен участник:

	Входящ номер	Дата и час на регистрация	Участник
1.	Вх. № 02-08-29(6)	13.09.2016 г., 13:46 ч.	ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД, ГР. СОФИЯ

На договарянето участникът - ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД, се представлява от Добрин Недев Василев в качеството му на управител.

Комисията се убеди, че опаковката на офертата е с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето ѝ.

1. При проверка на условията за допустимост за участие в процедурата бе констатирано, че са представени всички документи, определени в поканата за участие – ЕЕДОП, декларация по ЗИФОДРЮПДР – по образец, декларация за липса на свързаност с друг участник – по образец. За правилното им оформяне и за съответствието им с изискванията на закона и на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе на закрито заседание.

2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение. Участникът е представил декларация за срок на валидност на офертата по образец, както и предложение за изпълнение на поръчката също по образец, ведно с приложения към него. Членовете на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него и водещият заседанието обяви направените предложения, а именно:

- Медицинска апаратура – Фибробронхоскоп модел Pentax FB-8V, с параметри, съгласно таблица за съответствие, Образец 5.1 – по образец;
- В производствената листа на производителя от 2010 г.;
- Срок на доставка – 2 месеца;
- Срок за обучение на персонала – 2 дни;
- Срок за гаранционно обслужване и поддръжка – 24 месеца.

За съответствието на Предложението за изпълнението на поръчката с изискванията на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе в закрито заседание.

3. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника и го подписа. Водещият обяви предложената цена, както следва:

- Единична стойност – 32 878,00 лв. без ДДС;
- Обща стойност – 65 756,00 лв. без ДДС.

Комисията предложи на участника да намали предложената цена. Участникът заяви, че отстъпка от цената не могат да направят, но са съгласни да предоставят като дарение адаптер за свързване към наличен източник на студена светлина за всеки един от апаратите.

След проведените преговори договарящите се споразумяха стойността за изпълнение на поръчката да остане в размера описан по-горе като участникът ще достави като дарение адаптер за свързване към наличен източник на студена светлина за всеки един от апаратите.

4. Пристъпи се към обсъждане на условията за изпълнение на поръчката и определяне на клаузите по договора. Участникът прие всички клаузи на предоставения му с поканата за участие проект на договор и същите се считат за окончателни.

С извършването на горните действия преговорите приключиха.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и подписан на 14.09.2016 г.

Договарящи:

Комисия:

/П/

Председател: _____

/Дарина Владова/

Членове:

/П/

3. _____

/Татяна Инчовска/

/П/

3. _____

/д-р Мая Йорданова/

/П/

4. _____

/проф. д-р Цоло Цолов/

/П/

4. _____

/инж. Георги Янчев /

За участника: ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД

/П/

/Добрин Василев/

ПРОТОКОЛ № 2

от проведени преговори в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа", разделена на две обособени позиции

Днес, 14.09.2016 г. в 11:00 ч. в сградата на Администрацията на Президента на Република България, бул. "Дондуков" 2 се събра комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-54/ 14.09.2016 г. на Главния секретар на президента за провеждане на преговори, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, продадени в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа", в състав:

Председател: Дарина Вladoва – съветник по благотворителната инициатива „Българската Коледа“;

Членове:

1. Татяна Инчовска – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в Администрацията на президента;
2. проф. д-р Цоло Цолов – клиника по „Ушни-носни и гърлени болести“ към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – външен експерт;
3. д-р Мая Йорданова – клиника по „Детска онкохематология“ към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – външен експерт;
4. инж. Георги Янчев – началник на отдел „Медицинска и компютърна техника и комуникационни системи“ в МБАЛ-София, ВМА – външен експерт,

за провеждане на преговори с поканените участници по обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“ и определяне условията на договора.

След получаването на списъка с участниците в процедурата, председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения състав.

Заседанието се откри от председателя на комисията, след което ръководенето му беше преотстъпено на юриста – член на комисията. Присъстваха представители на поканените участници.

Водещият заседанието обяви, че за участие в процедурата по обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“ в деловодството на Администрацията на президента в определения срок - до 17:30 ч. на 13.09.2016 г., са постъпили 2 (две) оферти от следните поканени участници:

	Входящ номер	Дата и час на регистрация	Участник
1.	Вх. № 02-08-29(7)	13.09.2016 г., 16:20 ч.	АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, ГР. СОФИЯ
2.	Вх. № 02-08-29(8)	13.09.2016 г., 16:22 ч.	ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ГР. СОФИЯ

На основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП поредността на провеждане на преговорите се определи чрез жребий.

Първи по ред за преговори беше изтеглен участник ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Вторият по ред за преговори участник - АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, беше помолен да напусне залата и да изчака.

Комисията продължи своята работа.

На договарянето участникът - ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, се представлява от Георги Иванов Леков и Панайотис Георгиос Караньотис в качеството им на пълномощници на управителя Анастасиос Емануил Перакис.

Комисията се убеди, че опаковката на офертата е с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето ѝ.

1. При проверка на условията за допустимост за участие в процедурата бе констатирано, че са представени всички документи, определени в поканата за участие – ЕЕДОП, декларация по ЗИФОДРЮПДР – по образец, декларация за липса на свързаност с друг участник – по образец. За правилното им оформяне и за съответствието им с изискванията на закона и на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе на закрито заседание.

2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение. Участникът е представил декларация за срок на валидност на офертата по образец, както и предложение за изпълнение на поръчката също по образец, ведно с приложения към него. Членовете на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него и водещият заседанието обяви направените предложения, а именно:

- Медицинска апаратура – Spectra Optia Apheresis System, с параметри, съгласно таблица за съответствие, Образец 5.1 – по образец;
- В производствената листа на производителя от 2010 г.;
- Срок на доставка – 3 месеца;
- Срок за обучение на персонала – 4 дни;
- Срок за гаранционно обслужване и поддръжка – 24 месеца.

За съответствието на Предложението за изпълнението на поръчката с изискванията на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе в закрито заседание.

3. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника и го подписа. Водещият обяви предложената цена, както следва:

- Единична стойност – 120 000,00 лв. без ДДС;

Комисията предложи на участника да намали предложената цена. Участникът заяви, че отстъпка от цената не могат да направят, но са съгласни да предоставят като дарение минимум 10 сета за левкафереза и 5 сета за терапевтична плазмена обмяна по преценка на лечебното заведение-бенефициент.

След проведените преговори договарящите се споразумяха стойността за изпълнение на поръчката да остане в размера описан по-горе като участникът ще достави като дарение минимум 10 сета за левкафереза и 5 сета за терапевтична плазмена обмяна по преценка на лечебното заведение-бенефициент.

4. Пристъпи се към обсъждане на условията за изпълнение на поръчката и определяне на клаузите по договора. Участникът прие всички клаузи на предоставения му с поканата за участие проект на договор и същите се считат за окончателни.

С извършването на горните действия преговорите приключиха.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и подписан на 14.09.2016 г.

Договарящи:

Комисия:

/П/

Председател: _____

/Дарина Владова/

Членове:

/П/

5. _____

/Татяна Инчовска/

/П/

3. _____

/д-р Мая Йорданова/

/П/

6. _____

/проф. д-р Цоло Цолов/

/П/

4. _____

/инж. Георги Янчев /

За участника: ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

/П/

/Панайотис Караньотис/

/П/

/Георги Леков/

ПРОТОКОЛ № 3

от проведени преговори в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа", разделена на две обособени позиции

Днес, 14.09.2016 г. в 11:00 ч. в сградата на Администрацията на Президента на Република България, бул. "Дондуков" 2 се събра комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-54/ 14.09.2016 г. на Главния секретар на президента за провеждане на преговори, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, продадени в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа", в състав:

Председател: Дарина Вladoва – съветник по благотворителната инициатива „Българската Коледа“;

Членове:

1. Татяна Инчовска – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в Администрацията на президента;
2. проф. д-р Цоло Цолов – клиника по „Ушни-носни и гърлени болести“ към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – външен експерт;
3. д-р Мая Йорданова – клиника по „Детска онкохематология“ към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – външен експерт;
4. инж. Георги Янчев – началник на отдел „Медицинска и компютърна техника и комуникационни системи“ в МБАЛ-София, ВМА – външен експерт,

за провеждане на преговори с поканените участници по обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“ и определяне условията на договора.

След получаването на списъка с участниците в процедурата, председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения състав.

Заседанието се откри от председателя на комисията, след което ръководенето му беше преотстъпено на юриста – член на комисията. Присъстваха представители на поканените участници.

Водещият заседанието обяви, че за участие в процедурата по обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“ в деловодството на Администрацията на президента в определения срок - до 17:30 ч. на 13.09.2016 г., са постъпили 2 (две) оферти от следните поканени участници:

	Входящ номер	Дата и час на регистрация	Участник
1.	Вх. № 02-08-29(7)	13.09.2016 г., 16:20 ч.	АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, ГР. СОФИЯ
2.	Вх. № 02-08-29(8)	13.09.2016 г., 16:22 ч.	ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ГР. СОФИЯ

На основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП поредността на провеждане на преговорите се определи чрез жребий.

Първи по ред за преговори беше изтеглен участник ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Вторият по ред за преговори участник - АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, беше помолен да напусне залата и да изчака.

След приключване на преговорите с определения чрез жребий първи участник, комисията покани представителя на АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД за участие в договарянето.

На договарянето участникът - АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, се представлява от Мина Сашева Стоянова в качеството ѝ на пълномощник на управителя Силвана Любчова Сапунарова.

Комисията се убеди, че опаковката на офертата е с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето ѝ.

1. При проверка на условията за допустимост за участие в процедурата бе констатирано, че са представени всички документи, определени в поканата за участие – ЕЕДОП, декларация по ЗИФОДРЮПДР – по образец, декларация за липса на свързаност с друг участник – по образец. За правилното им оформяне и за съответствието им с изискванията на закона и на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе на закрито заседание.

2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение. Участникът е представил декларация за срок на валидност на офертата по образец, както и предложение за изпълнение на поръчката също по образец, ведно с приложения към него. Членовете на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него и водещият заседанието обяви направените предложения, а именно:

- Медицинска апаратура – Апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор, модел ComТес, с параметри, съгласно таблица за съответствие, Образец 5.1 – по образец;
- В производствената листа на производителя от 2012 г.;
- Срок на доставка – 3 месеца;
- Срок за обучение на персонала – 2 дни;
- Срок за гаранционно обслужване и поддръжка – 60 месеца.

За съответствието на Предложението за изпълнението на поръчката с изискванията на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе в закрито заседание.

3. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника и го подписа. Водещият обяви предложената цена, както следва:

- Единична стойност – 72 000,00 лв. без ДДС;

Комисията предложи на участника да намали предложената цена. Участникът заяви, че отстъпка от цената не могат да направят, но са съгласни да предоставят като дарение минимум 50 сета за левкафереза и терапевтична плазмена обмяна по преценка на лечебното заведение-бенефициент.

След проведените преговори договарящите се споразумяха стойността за изпълнение на поръчката да остане в размера описан по-горе като участникът ще достави

като минимум 50 сета за левкафереза и терапевтична плазмена обмяна по преценка на лечебното заведение-бенефициент.

4. Пристъпи се към обсъждане на условията за изпълнение на поръчката и определяне на клаузите по договора. Участникът прие всички клаузи на предоставения му с поканата за участие проект на договор и същите се считат за окончателни.

С извършването на горните действия преговорите приключиха.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и подписан на 14.09.2016 г.

Договарящи:

Комисия:

/П/

Председател: _____

/Дарина Владова/

Членове:

/П/

7. _____

/Татяна Инчовска/

/П/

3. _____

/д-р Мая Йорданова/

/П/

8. _____

/проф. д-р Цоло Цолов/

/П/

4. _____

/инж. Георги Янчев /

За участника: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД

/П/

/Мина Стоянова/