



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

ЗАПОВЕД

№ ЛС-11-64

18.10.2016 г.

На основание Указ № 104 от 30.05.2013 г. на президента на Република България, чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 64-67 от ППЗОП и утвърден на 17.10.2016 г. доклад от работата на комисията, назначена със Заповед № ЛС-11-54/ 14.09.2016 г., за провеждане на преговори, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа", разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - "Доставка на Фибробронхоскоп" и Обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“, открита с Решение № ЛС-11-52 от 29.08.2016 г., установих, че процедурата е проведена при спазване на целите, реда и условията, регламентирани в ЗОП.

След като се запознах с представените от комисията доклад и протоколи от проведени преговори, установих, че комисията е работила в съответствие с изискванията на закона, при спазване принципите на публичност и прозрачност и е осигурила равнопоставеност, недопускане на дискриминация, свободна и лоялна конкуренция на всички участници. Комисията е разгледала офертите на участниците, като е проверила съответствието им с предварително обявените в поканата за участие условия и ги е оценила съгласно определения критерий „Оптимално съотношение качество/цена“. Комисията е класирала участниците в процедурата по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от възложителя условия.

Като взех предвид резултатите от разглеждането и оценяването на подадените оферти в процедурата на договаряне без предварително обявление с горесцитирания предмет и класирането на участниците, извършено от комисията,

РЕШИХ:

1. Обявявам класирането на участниците, както следва:
 - 1.1. По обособена позиция № 1 – „Доставка на фибробронхоскоп“:
 - 1-во място – ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД – с комплексна оценка – 10 т.;

1.2. По обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“:

1-во място – ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД – с комплексна оценка – 8 т.

2. Определям за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на първо място по всяка обособена позиция, както следва:

2.1. По обособена позиция № 1 – „Доставка на фибробронхоскоп“: ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД;

2.2. По обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“: ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

3. Отстранени участници и оферти:

3.1. АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД по обособена позиция № 2 - "Доставка на апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор“

ОСНОВАНИЕ: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП - офертата на участника АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД, ГР. СОФИЯ не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ:

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства за заложените от възложителя в техническата спецификация минимални изисквания към медицинската апаратура, а именно:

- т. 2.11. – Участникът предлага максимален входящ поток на помпата при TRE до 120 мл/мин, което не отговаря на поставеното минимално изискване в т. 2.11 от Техническата спецификация изискване за максимален входящ поток на помпата при TRE до 143 мл/мин.
- т. 2.12. – Участникът предлага максимален входящ поток на помпата при MNC до 120 мл/мин, което не отговаря на поставеното минимално изискване в т.2.12 от Техническата спецификация изискване за максимален входящ поток на помпата при MNC до 125 мл/мин.
- т. 2.14. от Техническата спецификация поставя изискване за загуба на тромбоцити при TRE < 1,5%. Предложението на участника е за загуба на тромбоцити при TRE 3,3%, което не отговаря на поставените минимални изисквания.
- т. 2.16. от Техническата спецификация поставя изискване за Htc MNC продукт < 3%. Предложението на участника е за Htc MNC продукт 10%, което не отговаря на поставените минимални изисквания.
- т. 2.17. от Техническата спецификация поставя изискване за прецизност на потока на изпомпване 6%. Предложението на участника е за прецизност на потока на изпомпване 10%, което не отговаря на поставените минимални изисквания.
- т. 2.18. от Техническата спецификация поставя изискване за наличие на помпа за обратен поток с контрол на обратния поток. В предложението на участника е

заявено, че принципът на работа на апарата изключва наличието на такава помпа, което не отговаря на поставените минимални изисквания.

4. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящата заповед да се изпрати на участниците и публикува в профила на купувача, ведно с доклада на комисията и протоколите от проведените преговори.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
<https://www.president.bg/cat165/885/Dogovaryane-medicinsko-oborudvane-BG-Koleda.html>

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, в 10-дневен срок от получаването ѝ, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

/П/

Росен Кожухаров
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ