

**Утвърждавам,**

**/П/**

**Росен Кожухаров**

Главен секретар на президента  
на Република България

**Дата: 05.12.2016 г.**

## **ДОКЛАД**

от работата на комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-79/ 29.11.2016 г. на Главния секретар на президента за провеждане на преговори, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, продадени в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа"2015/ 2016 г., разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - "Доставка на термолегло" и Обособена позиция № 2 - "Доставка на реанимационна маса за новородени“.

С Решение № ЛС-11-75 от 18.11.2016 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2015/ 2016 г., разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - "Доставка на термолегло" и Обособена позиция № 2 - "Доставка на реанимационна маса за новородени“. Изпратена е покана до един участник и за двете обособени позиции. След изтичане на крайния срок за подаване на оферти е назначена комисия, чиято работа е отразена в настоящия доклад и протокола към него.

### **I. Комисия**

Със Заповед № ЛС-11-79/ 29.11.2016 г. на Главния секретар на президента е назначена комисия за провеждане на преговори, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, продадени в гореописаната процедура в състав:

**Председател:** Дарина Владова – съветник по благотворителната инициатива „Българската Коледа“;

**Членове:**

1. Татяна Инчовска – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ в Администрацията на президента;
2. доц. Евелина Одисеева, д.м. – началник на клиника „Анестезиология“ в МБАЛ-София, ВМА – външен експерт;
3. инж. Георги Янчев – началник на отдел „Медицинска и компютърна техника и комуникационни системи“ в МБАЛ-София, ВМА – външен експерт,

4. Ива Паунова – старши експерт към съветника по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ в Администрацията на президента.

Получените оферти са предадени от служител в деловодството на председателя на комисия с приемо-предавателен протокол в съответствие с чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. След запознаване със списъка с участниците в процедурата, председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения състав.

В хода на работа на комисията не са настъпвали промени в състава на комисията, сроковете и задачите, определени със заповедта на възложителя.

## **II. Участници**

В определения в поканите за участие срок - до 17:30 ч. на 28.11.2016 г., е постъпила 1 (една) оферта от следния поканен участник:

	<b>Входящ номер</b>	<b>Дата и час на регистрация</b>	<b>Участник</b>	<b>СОП</b>
1.	Вх. № 02-10-322(5)	28.11.2016 г., 14:16 ч.	ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ГР. СОФИЯ	По СОП 1 и по СОП 2

## **III. Работен процес**

### **1. Преговори**

На 29.11.2016 г. в 14:00 ч. в сградата на Администрацията на Президента на Република България, бул. “Дондуков” 2 се събра назначената комисия за провеждане на преговори и определяне условията на договора с подалият оферта участник по обособена позиция № 1 - "Доставка на термолегло“ и Обособена позиция № 2 - "Доставка на реанимационна маса за новородени“.

Действията на комисията по време на преговорите и постигнатите договорености по двете позиции с поканения участник са отразени в двустранно подписан Протокол № 1, приложение към настоящия доклад.

След проведените преговори приключи публичната част от заседанието на комисията.

### **2. Закрити заседания**

В периода 29.11.2016 г. – 01.12.2016 г. комисията в закрити заседания прегледа представената оферта и провери представените от участника документи за съответствието им с изискванията на ЗОП и на възложителя.

При извършената проверка комисията констатира следното:

По документите за допустимост за участие в процедурата (лично състояние) и за съответствие с критериите за подбор участникът е представил един Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и необходимите декларации общо за двете обособени позиции, както и обща декларация за срок на валидност на офертата, в съответствие с поканата за участие. Същите са оформени правилно и съответстват с изискванията на закона и на възложителя. Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства за лично състояние и по критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията единодушно реши да допусне участника до следващ етап в процедурата – разглеждане на техническото предложение и по двете обособени позиции.

#### **По обособена позиция 1 – „Доставка на термолегло“**

Комисията премина към подробно разглеждане на представените документи от техническото предложение на участника. Същите са представени и оформени правилно. Комисията прецени, че Техническото предложение съответства на изискванията на закона и на възложителя, поставени в поканата за участие.

С оглед констатациите комисията единодушно реши да допусне участника – ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, до оценка и класиране в процедурата по обособена позиция 1 – „Доставка на термолегло“.

#### **По обособена позиция № 2 - "Доставка на реанимационна маса за новородени“.**

Комисията премина към подробно разглеждане на представените документи от техническото предложение на участника. Същите са представени и оформени правилно. Комисията прецени, че Техническото предложение съответства на изискванията на закона и на възложителя, поставени в поканата за участие.

С оглед констатациите комисията единодушно реши да допусне участника – ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, до оценка и класиране в процедурата по обособена позиция 2 – „Доставка на реанимационна маса за новородени“.

#### **IV. Оценяване на допуснатите оферти**

Офертите на участниците по всяка обособена позиция ще се оценяват и класират според критерий „Оптимално съотношение качество/цена“, по следните показатели със съответна относителна тежест:

<b>Показател (П)</b>	<b>Относително тегло</b>	<b>Максимално възможен брой точки</b>
Предложена цена (П1)	60% (0,60)	10
Гаранционен срок (П2)	20% (0,20)	10
Допълнителни възможности и функции (П3)	20% (0,20)	10

Класирането на допуснатите до участие оферти по всяка обособена позиция се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ – КО, като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели.

**Комплексната оценка (КО)** на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

$$КО = П_1 + П_2 + П_3, \text{ където}$$

$П_1$  - оценка по показател „Предложена цена“

$П_2$  - оценка по показател „Гаранционен срок“

$П_3$  - оценка по показател „Допълнителни възможности и функции“

**Максималният резултат от комплексното оценяване е 10 точки.**

### **Предложена цена ( $П_1$ )**

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки, които се умножават по коефициент 0,60 - равен на относителното тегло на показателя.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$П_1 = (10 \times C_{\min} / C_n) \times 0,60$$

$C_{\min}$  - най-ниска предложена цена

$C_n$  - цената на n-я участник

10 - максимален брой точки

0,60 - относително тегло на показателя

### **Гаранционен срок ( $П_2$ )**

Максимален брой точки получава офертата с предложен най-голям гаранционен срок – 10 точки, които се умножават по коефициент 0,20 - равен на относителното тегло на показателя.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-голям предложен гаранционен срок по следната формула:

$$П_2 = (10 \times G_n / G_{\max}) \times 0,20$$

$G_{\max}$  - най-голям предложен гаранционен срок

$G_n$  – предложения гаранционен срок на n-я участник

10 - максимален брой точки

0,20 - относително тегло на показателя

*Гаранционен срок – срокът за гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване е не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца и не повече от 60 (шестдесет) месеца от датата на въвеждането му в експлоатация.*

### **Допълнителни възможности и функции ( $П_3$ )**

Оценката по този показател е експертна и се базира на сравнителен анализ на съответните предложения от всички оферти по конкретната обособена позиция. На

оценяване подлежат конкретните предложения за възможности и функционални характеристики на медицинската апаратура, които по същество са допълнителни и не представляват част от задължителните изисквания съгласно техническото задание.

**По обособена позиция № 1 - „Доставка на термолегло“** на оценка подлежат предложенията на участниците за:

- Апаратите с подвижни прозрачни странични стени – 1 точка.
- Апаратите с отваряем горен капак, който може лесно да се демонтира изцяло – 1 точка.
- Апаратите с налични звукови аларми при температура извън предварително зададени горна и долна граница и дисплей за контрол на зададените параметри – 4 точки.
- Предложени от оферента други допълнителни възможности и функции – до 4 точки.

**По обособена позиция № 2 - „Доставка на реанимационна маса за новородени“** на оценка подлежат предложенията на участниците за:

- За термометрите: възможност за сервоконтрол в границите 34-38°C – 2 точки.
- За аспирационната система:
  - възможност за замяна на еднократните резервоари за аспирирани секрети с такива за многократна употреба, устойчиви на многократна дезинфекция – 1 точка.
  - Манометърът за отчитане на негативното налягане да е в диапазон до -600 mmHg 80kPa /-0.8bar) – 1 точка.
- За апарата за вентилация: консумативи за работа на апарата за вентилация – до 2 точки.
- За общия вид и функционалност на реанимационната маса:
  - Шина с възможност за поставяне на допълнителни плотове при нужда (напр. за мониториране, инфузионна терапия, балон за обдишване, консумативи и материали, нужни за реанимация на пациента) – 1 точка.
  - Възможност за промяна на височината на плота за реанимация – 1 точка.
  - Предложени от оферента други допълнителни възможности и функции – до 2 точки.

*За предложения съответстващи точно с техническата спецификация не се присъждат точки, а само за предложения съдържащи:*

- *В повече допълнителна окомплектовка;*
- *В повече функционални възможности (работни програми, допълнителни приставки, аксесоари и др.);*
- *В повече и/или други обективно по-добри качествени показатели.*

Оценката се изразява чрез числова стойност от 0 до 10 т. при максимални 10 т., като две и повече предложения могат да получат еднакъв брой точки.

За изчисление на показателя се прилага следната формула:

$$P_3 = (\text{бр. точки} - \text{от } 0 \text{ до } 10) \times 0,20$$

10 - максимален брой точки

0,20 - относително тегло на показателя

*Забележка:* Всички изчисления се закръгляват до втория знак след десетичната запетая (до 0,01).

**По обособена позиция 1 – „Доставка на термолегло“** – участникът - ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, е направили следните предложения, подлежащи на оценка:

Предложена единична цена – 16 820 лв. без ДДС;

Гаранционен срок – 60 месеца;

Допълнителни възможности и функции – участникът предлага:

1. Подвижни прозрачни стени;
2. Отваряем горен капак, който може лесно да се демонтира изцяло или да се отвори частично;
3. Налични звукови, визуални и текстови аларми при температура извън предварително зададени горна и долна граница и дисплей за контрол на зададените параметри.
4. Странични панели с отвори за шлаухи за секреция и дренажни шлаухи, крайни панели с подвижни уплътнителни пръстени за шлаухи и кабели; наличие на интегрирана светлина за прегледи с дневен и нощен режим; вградена възможност за настройка на височината на термолеглото спрямо пода; допълнителна окомплектовка с 1 брой кислородна палатка, рафт, въртяща са табла за малки предмети и 2 броя шини за закрепване на допълнително оборудване; сензори за кожна температура, матрак от пенопласт; механизъм за автоматичното фокусиране на лъчистата топлина върху бебето и други възможности за надграждане.

За наличието на възможностите по т. 1 – участникът получава 1 точка, по т. 2 – 1 точки, и по т. 3 – 4 точки, съгласно методиката за оценка или общо 6 т.

При преценка на допълнителните възможности и функции предложени от участника по т. 4, съобразяване на тяхното количество, вид и функционалност, комисията счита, че същите са съществени, обективно приложими и допринасят във висока степен за качеството на работата с апаратурата, поради което комисията реши за присъди максималния брой точки по този показател - 4 т.

Отчитайки направените предложения и след прилагане на гореописаната методика за участника ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД се получиха следните резултати:

Предложена цена ( $P_1$ ) – 6 т.

Гаранционен срок ( $P_2$ ) – 2 т.

Допълнителни възможности и функции ( $P_3$ ) – 2 т. или

**Комплекса оценка – 10 т.**

**По обособена позиция № 2 - "Доставка на реанимационна маса за новородени"**  
– участникът - ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, е направили следните предложения, подлежащи на оценка:

Предложена цена – 16 820 без ДДС;

Гаранционен срок – 60 месеца;

Допълнителни възможности и функции – участникът предлага:

1. За термометрите: възможност за сервоконтрол в границите 34-38°C.

2. За аспирационната система:

2.1 възможност за замяна на еднократните резервоари за аспирирани секрети с такива за многократна употреба, устойчиви на многократна дезинфекция.

2.2 Манометърът за отчитане на негативното налягане да е в диапазон до -200 mmHg.

3. За апарата за вентилация: апаратът ще бъде снабден с всички необходими консумативи за работа.

4. За общия вид и функционалност на реанимационната маса:

4.1 Два броя 38 мм. стойки с DIN релса, с възможност за поставяне на допълнителни плотове при нужда (напр. за мониториране, инфузионна терапия, балон за обдишване, консумативи и материали, нужни за реанимация на пациента); голямо двустранно достъпно чекмедже за аксесоари и двустранно завъртаща се поставка за инструменти.

4.2 Възможност за промяна на височината на плота за реанимация.

5. Възможност за надграждане с теглилка/везна за претегляне на новородено с тегло от 0,2 кг до 8 кг.; наличие на направляващо колело на количката; наличие на 4 броя двойни колела на количката със заключване; завъртане на топлинния модул до 90° на ляво и на дясно; равномерно разпределение на топлината по целия матрак чрез силициево-кварцов адаптивен нагревател.

За наличието на възможностите по т. 1 – участникът получава 2 точки, по т. 2.1 – 1 точка, по т. 2.2. – 0 точки, по т. 3 - 2 точки, по т. 4.1 – 1 точка и по т. 4.2 – 1 точка, съгласно методиката за оценка или общо 7 т.

При преценка на допълнителните възможности и функции предложени от участника по т. 5, съобразяване на тяхното количество, вид и функционалност, комисията счита, че същите са съществени, обективно приложими и допринасят във висока степен за качеството на работата с апаратурата, поради което комисията реши за присъди максималния брой точки по този показател - 2 т.

Отчитайки направените предложения и след прилагане на гореописаната методика за участника ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД се получиха следните резултати:

Предложена цена (П<sub>1</sub>) – 6 т.

Гаранционен срок (П<sub>2</sub>) – 2 т.

Допълнителни възможности и функции (П<sub>3</sub>) – 1,8 т. или

**Комплекса оценка – 9,8 т.**

## **V. Класиране**

Въз основа на извършените от комисията действия по разглеждане на представените оферти на участниците и извършената оценка по методиката, съгласно поканата за участие, комисията класира участниците в процедурата по договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2015/ 2016 г., разделена на две обособени позиции, както следва:

### **По обособена позиция 1 – „Доставка на термолегло“:**

**1-во място:** ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД – с комплексна оценка – 10 т.

### **По обособена позиция № 2 - "Доставка на реанимационна маса за новородени“:**

**1-во място:** ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД – с комплексна оценка – 9,8 т.

С извършването на горните действия комисията приключи своята работа.

Настоящият доклад се състави на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП и подписа от всички членове на комисията на 01.12.2016 г.

Докладът, заедно с протоколите от преговорите, цялата документация и офертите на участника се представя на възложителя за утвърждаване.

### **Комисия:**

Председател: \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_

/Дарина Владова/

### **Членове:**

1. \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_

/Татяна Инчовска/

2. \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_

/доц. Евелина Одисеева/

3. \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_

/инж. Георги Янчев/

4. \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_

/Ива Паунова /



## ПРОТОКОЛ № 1

от проведени преговори в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2015/ 2016 г., разделена на две обособени позиции

Днес, 29.11.2016 г. в 14:00 ч. в сградата на Администрацията на Президента на Република България, бул. "Дондуков" 2 се събра комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-79/ 29.11.2016 г. на Главния секретар на президента за провеждане на преговори, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, продадени в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2015/ 2016 г., в състав:

**Председател:** Дарина Владова – съветник по благотворителната инициатива „Българската Коледа“;

**Членове:**

1. Татяна Инчовска – главен юриконсулт в дирекция „Правна“ в Администрацията на президента;
2. инж. Георги Янчев – началник на отдел „Медицинска и компютърна техника и комуникационни системи“ в МБАЛ-София, ВМА – външен експерт;
3. доц. Евелина Одисеева, д.м. – началник на клиника „Анестезиология“ в МБАЛ-София, ВМА – външен експерт;
4. Ива Паунова – старши експерт към съветника по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ в Администрацията на президента

за провеждане на преговори с поканения участник по обособена позиция № 1 - "Доставка на термолегло" и по обособена позиция № 2 „Доставка на реанимационна маса за новородени“ и определяне условията на договорите.

Получените оферти са предадени от служител в деловодството на председателя на комисия с приемо-предавателен протокол в съответствие с чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. След запознаване със списъка с участниците в процедурата, председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в посочения състав.

Заседанието се откри от председателя на комисията, след което ръководенето му беше преотстъпено на юриста – член на комисията. Присъстваха представители на поканените участници.

Водещият заседанието обяви, че за участие в процедурата по обособена позиция № 1 - "Доставка на термолегло" и обособена позиция № 2 „Доставка на реанимационна маса за новородени“ в деловодството на Администрацията на президента в определения срок - до 17:30 ч. на 28.11.2016 г., е постъпила 1 (една) оферта от следния поканен участник:

	<b>Входящ номер</b>	<b>Дата и час на регистрация</b>	<b>Участник</b>
1.	Вх. № 02-10-322(5)	28.11.2016 г., 14:16 ч.	ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ГР. СОФИЯ

На договарянето участникът - ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, се представлява от г-н Евгени Панчев – в качеството му на управител и г-н Николай Колев – пълномощник.

Комисията се убеди, че опаковката на офертата е с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето ѝ.

Участникът е представил един комплект документи по допустимост общо за двете позиции в съответствие с допуснатата възможност в поканата за участие и отделни Предложения за изпълнения на поръчката и Ценови предложения по всяка от обособените позиции.

При проверка на условията за допустимост за участие в процедурата бе констатирано, че участникът е представил всички документи, определени в поканата за участие – ЕЕДОП, декларация по ЗИФОДРЮПДР – по образец, декларация за липса на свързаност с друг участник – по образец. За правилното им оформяне и за съответствието им с изискванията на закона и на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе на закрито заседание.

### **По обособена позиция № 1 - "Доставка на термолегло"**

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение по обособена позиция № 1. Участникът е представил една декларация за срок на валидност на офертата, валидна за двете позиции, изготвена по образец, както и предложение за изпълнение на поръчката също по образец, ведно с приложения към него. Членовете на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него и водещият заседанието обяви направените предложения, а именно:

- Медицинска апаратура – Baby Therm 8004, с параметри, съгласно таблица за съответствие, Образец 5.1 – по образец;
- В производствената листа на производителя от 2010 г.;
- Срок на доставка – 3 месеца;
- Срок за обучение на персонала – 2 дни;
- Срок за гаранционно обслужване и поддръжка – 60 месеца.

За съответствието на Предложението за изпълнението на поръчката с изискванията на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе в закрито заседание.

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника и го подписа. Водещият обяви предложената цена, както следва:

- Единична стойност – 16 820 лв. без ДДС.

Комисията предложи на участника да намали предложената цена. Участникът заяви, че отстъпка от цената не могат да направят, тъй като цената е оптимална и в нея е калкулиран дългия гаранционен срок, който предлага.

След проведените преговори договарящите се споразумяха стойността за изпълнение на поръчката да остане в размера описан по-горе.

Пристъпи се към обсъждане на условията за изпълнение на поръчката и определяне на клаузите по договора. Участникът прие всички клаузи на предоставения му с поканата за участие проект на договор и същите се считат за окончателни.

### **По обособена позиция № 2 - "Доставка на реанимационна маса за новородени"**

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение по обособена позиция № 2. Участникът е представил една декларация за срок на валидност на офертата, валидна за двете позиции, изготвена по образец, както и предложение за изпълнение на поръчката също по образец, ведно с приложения към него. Членовете на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него и водещият заседанието обяви направените предложения, а именно:

- Медицинска апаратура – Resuscitaire, с параметри, съгласно таблица за съответствие, Образец 5.2 – по образец;
- В производствената листа на производителя от 2010 г.;
- Срок на доставка – 3 месеца;
- Срок за обучение на персонала – 2 дни;
- Срок за гаранционно обслужване и поддръжка – 60 месеца.

За съответствието на Предложението за изпълнението на поръчката с изискванията на възложителя, комисията обяви, че ще се произнесе в закрито заседание.

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника и го подписа. Водещият обяви предложената цена, както следва:

- Единична стойност – 16 820 лв. без ДДС.

Комисията предложи на участника да намали предложената цена. Участникът заяви, че отстъпка от цената не могат да направят, тъй като цената е оптимална и в нея е калкулиран дългия гаранционен срок, който предлага..

След проведените преговори договарящите се споразумяха стойността за изпълнение на поръчката да остане в размера описан по-горе.

Пристъпи се към обсъждане на условията за изпълнение на поръчката и определяне на клаузите по договора. Участникът прие всички клаузи на предоставения му с поканата за участие проект на договор и същите се считат за окончателни.

С извършването на горните действия преговорите приключиха.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и подписан на 29.11.2016 г.

### Договарящи:

#### Комисия:

Председател: \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_

/Дарина Владова/

#### Членове:

1. \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_

/Татяна Инчовска/

3. \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_

/доц. Евелина Одисеева/

2. \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_

/инж. Георги Янчев/

4. \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_

/Ива Паунова/

#### За участника: ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

1. \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_

/Евгени Панчев/

2. \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_

/Николай Колев/