



Република България
Администрация на Президента

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Изх. № 02-08-54 (10)/ 30.05.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили искания за разяснения по условията на документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2016/2017 г.**“, Ви уведомявам следното:

Предстои публикуване на решение за одобряване на обявление за изменение на документацията.

По зададените въпроси:

Въпрос № 1

„Въпроси към методиката на оценка във връзка с чл. 70 , ал. 7 , т. 3 от ЗОП:

1. В методиката на оценка е посочено, че при експертната оценка по показателя **Допълнителни предложения (ПЗ)** ще се присъждат точки за предложения на функции на апаратурата, които по същество са допълнителни и не представляват част от задължителните изисквания, съгласно техническото задание.

Често спецификации и функции, считани за предимства от едни, са окачествявани като индиферентни или дори като недостатъци от други потребители. За да могат участниците да подберат и оферират най – подходящия модел и допълнителни функционални технически възможности, окомплектовка и други показатели, повишаващи качеството и функционалността и в съответствие с чл. 70 , ал. 7 , т. 3 от ЗОП, моля посочете конкретно за всяка обособена позиция кои допълнителни функционални технически възможности (работни програми, допълнителни приставки, аксесоари), окомплектовка и други показатели, повишаващи качеството и функционалността са приоритетно важни за възложителя, в какъв диапазон следва да бъдат, за да бъдат оценени като предимства?

2. Кои спецификации, които могат да се изразят цифрово, ще бъдат бонифицирани и колко точки ще носи максимално всяка от тях, съответно колко точки ще донесат на участника, който ги е включил в офертата и цената?

3. Кои са конкретно допълнителните характеристики, които са неизмерими в цифри, но са важни за възложителя, ще бъдат бонифицирани и с колко точки?“

Отговор:

Оценката по показател Допълнителни предложения (ПЗ) е експертна, ще се базира на сравнителен анализ на съответните предложения от всички оферти по конкретната обособена позиция и ще се извърши от висококвалифицирани специалисти.

Въпрос № 2:

„ОП № 7 "Ултразвуков апарат за диагностика в детска възраст и неонатология":

Трансдюсерът по т. 7.19 Микроконвексен широколентов трансдюсер с честотна лента: поне 4.0-9.0 MHz. трансабдоминален или ендокавитарен трябва да бъде?“

Отговор:

Трансдюсерът трябва да е от трансабдоминален тип.

Въпрос № 3:

„В зададените критерии за възлагане е заложен критерий за качество „Допълнителни предложения" с тежест 20. Бихте ли разяснили какво конкретно би следвало да се разбира под „Допълнителни предложения"?"

Отговор:

Допълнителните предложения следва да съдържат:

- В повече допълнителна окомплектовка;
- В повече функционални възможности (работни програми, допълнителни приставки, аксесоари и др.);
- В повече и/или други показатели, повишаващи качеството и функционалността.

Въпрос № 4

В Раздел II, т. 30.6.2 *Технически спецификации*, 4.30 по ОП № 30 „Течен хроматограф под високо налягане“ има следните изисквания:

„30.6.2. Точност на дължината на вълната: *не повече от $\pm 0,1$ nm*“

Това изискване е неприложимо за UV детектор за течен хроматограф и принципната схема на детектора, независимо от неговия производител, не позволява постигане на точност под 1 nm, поради което предлагаме изискването да бъде променено на „ $\pm 0,1$ nm“.

Отговор:

Виж разяснение публикувано на профила на купувача на 29.05.2017 г.

Въпрос № 5:

„В техническите спецификации за ОП 8 „Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър“ е описано:

8.10. Да има възможност за измерване на температура с поне 2 електрода едновременно

8.11. да има възможност за изобразяване на най малко 2 отвеждания от ИВР едновременно, с динамично измерване на налягане: поне 50 до 300 mmHg.

Моля да уточните дали възложителят има предвид „измерване на температурата с поне 2 електрода едновременно“ и „2 отвеждания от ИВР едновременно“ като възможност или като задължително включено в комплектацията.“

Отговор:

Параметрите по т. 8.10 и 8.11 следва задължително да са включени в комплектацията.

С УВАЖЕНИЕ,

/П/

Димитър Стоянов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ