



Република България
Администрация на Президента

Изх. № 02-08-30 (6)/ 30.04.2018 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили искания за разяснения по условията на документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2017/2018 г.“, Ви уведомявам следното:

Предстои публикуване на решение за одобряване на обявление за изменение на документацията.

По зададените въпроси:

Въпрос № 1

Относно обособена позиция № 17 „Лапароскопски апарати за детска урология с видеотролей“

„Номенклатурна позиция № 17.11 – Помпа за иригация при лапароскопия

За лапароскопска хирургия е препоръчително помпата да бъде комбинирана, иригационна и аспирационна. Пропуск ли е, като е написано в техническата документация само иригационна?“

Отговор:

Не, не е пропуск. Техническата спецификацията е съобразена с оборудването на операционната зала, за която е предназначена апаратурата по обособена позиция № 17.

Въпрос № 2:

„Посочените прогнозни стойности по обособени позиции пределни ли са? Ще бъде ли отстранен участник в процедурата, в случай, че офериранията от него цена превишава посочената прогнозна стойност за съответната обособена позиция?“

Отговор:

Посочената стойност по всяка обособена позиция е прогнозна. Не е пределна. Участник, оферирал по-висока цена от посочената прогнозна стойност не следва да бъде отстраняван от процедурата.

Следва да се има предвид, че съгласно документацията за провеждане на обществената поръчка по някои от обособените позиции има бройки, които са опционални и възложителят си запазва правото да възложи цялото или само част от посоченото количество.

С УВАЖЕНИЕ,

(П)*

Димитър Стоянов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

* Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗДЛ