

Приложение към Решение № ЛС-11-42/ 04.05.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

## ПРОМЕНИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
*„Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения-бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2017/ 2018 г.“*

Промени в Раздел II „Изисквания към изпълнението на обществената поръчка. Техническа спецификация“, т. 4 „Технически спецификации“ от документацията и Образец № 1..... (за съответна обособена позиция) към нея, както следва:

1. В подт. 4.17 ОП № 17 "Лапароскопски апарати за детска урология в видеотролей" от документацията и в Образец № 1.17 към нея изискването на т. 17.12.9. се променя:

Вместо:	Да се чете:
17.12.9. Да има възможност за свързване с ултразвуков генератор като посредством специализирани инструменти за лапароскопска и отворена хирургия се комбинира биполярна и ултразвукова технология в един единствен инструмент.	17.12.9. Да има възможност за съвместна работа с ултразвуков генератор като посредством специализирани инструменти за лапароскопска и отворена хирургия се комбинира биполярна и ултразвукова технология.

(П)

**Димитър Стоянов**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**