



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

ЗАПОВЕД

№ ЛС – 11 – 63

13.07.2018 г.

На основание Указ № 53 от 23.01.2017 г. на президента на Република България, чл. 106, ал. 6 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и утвърден на 13.07.2018 г. доклад от работата на комисията, назначена със Заповед № ЛС-11-54/ 29.05.2018 г. и изм. със Заповед № ЛС-11-59/ 27.06.2018 г. на главния секретар на президента на Република България, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2017-2018 г.“, разделена на 25 обособени позиции, открита с Решение № ЛС-11-34 от 20.04.2018 г. и публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00990-2018-0001, установих, че процедурата е проведена при спазване на целите, реда и условията, регламентирани в ЗОП и Правилника за прилагането му.

След като се запознах с представените ми доклад и протоколи от работата на комисията (Протокол № 1/ 01.06.2018 г., Протокол № 2/ 15.06.2018 г., Протокол № 3/ 25.06.2018 г., Протокол № 4/ 29.06.2018 г. и Протокол № 5/ 10.07.2018 г.), установих, че комисията е работила в съответствие с изискванията на закона, при спазване принципите на публичност и прозрачност и е осигурила равнопоставеност, недопускане на дискриминация, свободна и лоялна конкуренция на всички участници. Комисията е разгледала офертите на участниците, като е проверила съответствието им с предварително обявените в обявлението и документацията за участие условия и ги е оценила съгласно определения критерий за възлагане: „Оптимално съотношение качество/цена“. Комисията е класирала участниците в процедурата по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от възложителя условия.

Като взех предвид резултатите от разглеждането и оценяването на подадените оферти в процедурата и класирането на участниците, извършено от комисията,

РЕШИХ:

1. Обявявам класирането на участниците по обособени позиции, както следва:

ОП №	Място	Участник	Комплексна оценка - точки
ОП № 1	1-во място	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД	9,00
ОП № 2	1-во място	ЛАБИТЕХ ЕООД	8,00
	2-ро място	ТОП ДИАГНОСТИКА ООД	7,10

	3-то място	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД	6,24
	4-то място	ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД	6,23
	5-то място	ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД	5,66
	6-то място	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД	3,55
ОП № 3	1-во място	ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	10,00
ОП № 4	1-во място	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	8,25
	2-ро място	ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	8,13
	3-то място	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД	8,00
	4-то място	ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД	6,93
ОП № 5	1-во място	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД	8,00
ОП № 6	1-во място	МЕДИКОСЕРВИЗ ООД	9,40
ОП № 8	1-во място	МЕДИЛОН ЕООД	9,00
ОП № 9	1-во място	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА инженеринг ООД	9,49
	2-ро място	БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД	7,23
	3-то място	ДИК МЕДТЕХ ЕООД	7,03
ОП № 11	1-во място	МЕДИКОСЕРВИЗ ООД	10,00
ОП № 12	1-во място	АГАРТА-ЦМ ЕООД	8,00
ОП № 13	1-во място	ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД	7,95
	2-ро място	МЕДИКОСЕРВИЗ ООД	7,47
	3-то място	АЛМАСОНИК ООД	4,90
ОП № 16	1-во място	ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД	10,00
	2-ро място	АЛМАСОНИК ООД	7,00
ОП № 17	1-во място	ЕЛ ДОРА ЕООД	8,00
	2-ро място	ИНФОМЕД ЕООД	7,93
ОП № 18	1-во място	БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД	8,51
	2-ро място	ДИК МЕДТЕХ ЕООД	7,95
ОП № 19	1-во място	МЕДКОНСУЛТИНГ ЕООД	9,20
ОП № 20	1-во място	АВЛ СОФИЯ ЕООД	9,00
ОП № 21	1-во място	ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД	10,00
	2-ро място	ЕЛ ДОРА ЕООД	8,28
	3-то място	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД	7,47
ОП № 22	1-во място	ДИК МЕДТЕХ ЕООД	8,00
ОП № 23	1-во място	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД	10,00
ОП № 24	1-во място	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД	9,00
ОП № 25	1-во място	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД	8,60

2. Определям за изпълнители на обществената поръчка участниците, класирани на първо място по съответните обособени позиции, както следва:

По ОП №	Класиран на 1-во място участник
ОП № 1	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ОП № 2	ЛАБИТЕХ ЕООД
ОП № 3	ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ОП № 4	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД
ОП № 5	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ОП № 6	МЕДИКОСЕРВИЗ ООД
ОП № 8	МЕДИЛОН ЕООД
ОП № 9	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
ОП № 11	МЕДИКОСЕРВИЗ ООД
ОП № 12	АГАРТА-ЦМ ЕООД
ОП № 13	ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ОП № 16	ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ОП № 17	ЕЛ ДОРА ЕООД
ОП № 18	БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД
ОП № 19	МЕДКОНСУЛТИНГ ЕООД
ОП № 20	АВЛ СОФИЯ ЕООД
ОП № 21	ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД
ОП № 22	ДИК МЕДТЕХ ЕООД
ОП № 23	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ОП № 24	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ОП № 25	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД

3. Отстранявам участниците по обособени позиции на основания и с мотиви, както следва:

3.1. офертата на МЕДИКОСЕРВИЗ ЕООД по ОП № 9 на основание чл. 107, т. 1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, за това че участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията със следния мотив:

В офертата си участникът е представил плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 9, който е незапечатан и прозрачен и може да се установи направеното ценово предложение. Това е в противоречие, както с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, така и с раздел VII, т. 1.8 и т. 2.7 от документацията за участие в процедурата.

3.2. офертата на БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД по ОП № 22 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, със следните мотиви:

В техническото си предложение участникът е предложил медицинско оборудване, което е в производствената листа на производителя от 2007 г. Това не отговаря на изискването и условието на възложителя, заложено в раздел II, т. 1.2 от документацията за участие.

Не е приложен ЕС сертификат за съответствие от нотифициран орган. В представената декларация от производителя е декларирано съответствието с Директива 93/42 ЕИО и се посочено наличието на СЕ маркировка. Предложеният апарат е от клас IIb и за него е необходимо да бъде издаден сертификат от оторизиран орган, който е и изискан от възложителя съгласно раздел VII, т. 2.6.4. от документацията за участие.

3.3. офертата на ИНФОМЕД ЕООД по ОП № 21 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, със следния мотив:

В техническото си предложение участникът е предложил медицинско оборудване, което е в производствената листа на производителя от 2009 г. Това не отговаря на изискването и условието на възложителя, заложено в раздел II, т. 1.2 от документацията за участие.

3.4. офертата на ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по ОП № 11 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, със следния мотив:

Не са представени СЕ сертификат от нотифициран орган, както и декларация за съответствие от производителя за предложената в техническото предложение апаратура.

Участникът е представил декларация за съответствие от производителя за определен модел медицинска апаратура, който по Директива 93/42/ЕИО е класифициран като клас I, без измервателни функции. На това основание е приложена и декларация от участника, че за продуктите, класифицирани като клас I по Директивата, не се изисква СЕ сертифициране от нотифициран орган.

Изискванията на възложителя по техническа спецификация и предлаганата от участника система за анализ на движението и походката се състои от три части – безжична система, сензори и софтуер, т.е. системата е с измервателни функции и като такава излиза извън обхвата на класификацията по клас I съгласно Директива 93/42/ЕИО, съответно и необходим и ЕС сертификат за съответствие от нотифициран орган.

Липсата на описаните сертификати е в противоречие с изискванията на възложителя съгласно раздел VII, т. 2.6.3. и т. 2.6.4. от документацията за участие.

3.5. офертата на ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по ОП № 12 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, със следния мотив:

Не е представен документ от ИАЛ, от който да е видно, че за цялата система или за отделните негови части няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партии през последните две години.

Към техническото предложение участникът е представил документ от ИАЛ, касаещ единствено определени модели пациентски монитори, а не за цялата система за транскутанен кръвно-газов мониторинг или за други нейни части. Документът е изискан от

участника допълнително. Въз основа на искането, извършено от комисията, участникът е приложил молба до ИАЛ с дата 22.06.2018 г. с искане за издаване на посочения документ, като е описан и очакван срок за издаването му.

Липсата на документ от ИАЛ, касаещ предлагания апарат е в противоречие с изискването на възложителя, съгласно раздел VII, т. 2.6.5. от документацията за участие.

3.6. офертата на ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по ОП № 19 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, със следния мотив:

Не са представени документи доказващи по безспорен начин съвместимостта на предлагания от участника апарат с наличния рентгенов апарат Primax – PMX, модел IMX – 3B, каквото е изискването на възложителя.

В т. 19.21 от Таблицата за съответствие, приложение към техническото предложение в графа „Предложение“ участникът е преписал изискването на възложителя. В графа „Документация на производителя“ е посочена страница от каталог. От представените документи и дадените от участника допълнителни разяснения не може да установи по безспорен начин съвместимостта на предлагания от участника апарат с наличния рентгенов апарат Primax – PMX, модел IMX – 3B, наличен при бенефициента и възможността за интеграция със системата за съхранение и пренос на изображения (PACS) при бенефициента, каквото е изискването на възложителя.

Налице е несъответствие между зададените минимални изисквания от възложителя и функционалните възможности на апарата. Предвид посоченото, предложението по тази позиция не отговаря на минималното изискване на възложителя, заложено в техническата спецификация за ОП № 19 – раздел II, т. 4.19, подточка 19.21 от документацията за участие.

3.7. офертата на ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД по ОП № 20 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, със следния мотив:

Апаратът е предназначен за възрастни и деца над 14 години, което не отговаря на изискванията на възложителя.

От представените документи към техническото предложение не може да се установи възрастовата граница за лицата, за които е предназначен апарата. От участника е изискано и постъпило разяснение, според което предлаганият апарат е предназначена за възрастни и деца, при условие, че анатомията им позволява ползването на велоергометър.

Благотворителната инициатива „Българската Коледа“ осигурява апаратура за детски клиники в страната за лечение/рехабилитация на нуждаещи се в детска възраст, т.е. от 0 до 18 години. Темата на петнадесетото издание (2017–2018 г.) е посочена ясно в документацията за обществената поръчка – „В подкрепа на спасения детски живот“, като насочва своите усилия да осигури продължителното лечение и активната рехабилитация на деца от 0 до 18 г.

Невъзможността за използване на апарата по предназначение от деца под 14-годишна възраст е в противоречие с предварително обявените условия на поръчката.

4. Прекратявам на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по следните обособени позиции, за които не са постъпили оферти за участие, а именно:

4.1. ОП № 7 „Комплект апарати за раздвижване на горен и долен крайник“;

- 4.2. ОП № 10 „Тренажор с електронно управление за лечение на спастични състояния при деца“;
- 4.3. ОП № 14 „Монитор за проследяване композиционния състав на тялото“;
- 4.4. ОП № 15 „Осмометър“.

5. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящата заповед да се изпрати на участниците и публикува в профила на купувача, ведно с доклада и протоколите от работата на комисията.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
<https://www.president.bg/cat165/1095/dostavka-medicinsko-oborudvane-BG-Koleda-2017-2018.html>

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, в 10-дневен срок от получаването ѝ, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

П/П *

Димитър Желязков Стоянов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

* Подписът и печатът са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД.