



Република България
Администрация на Президента
№ 02-10-45(9)/ 12.06.2019 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснения по условията на документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения-бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2018/2019 г.“ по обособена позиция № 18. Монитор за новородени и недоносени деца, представяме следното разяснение:

Въпрос

В т. 18.9.4 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 18, като част от техническите изискваните принадлежности, които трябва да бъдат включени в основния пакет към монитора, е посочен „Кабел за с дължина не по-малка от 3 м.“. Молим за разяснение относно вида на кабела и неговото предназначение.

Отговор:

Допусната е техническа грешка, като изискването на т. 18.9.4. следва да се чете:

„Кабел за регистриране на ЕКГ с дължина не по-малка от 3 м.“

На основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП настоящото разяснение се предоставя чрез профила на купувача на следния адрес: https://www.president.bg/cat165/1216/dostavka_medicinsko_oborudvane_BG_Koleda_2018_2019.html

(П)*

Димитър Стоянов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

*Подписът е заличен на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП