

ПРОТОКОЛ № 3

от работата на комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-41/ 19.06.2019 г., изменена със Заповед № ЛС-11-51/ 03.07.2019 г. на главния секретар на президента на Република България за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, подадени в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2018-2019 г.“

Комисията проведе заседания за разглеждане на допълнително представените разяснения и документи, изискани с Протокол № 2/ 04.07.2019 г. и за оценка на техническите предложения на допуснатите до този етап в процедурата участници.

I. Исканията за разяснения по Протокол № 2/ 04.07.2019 г. са изпратени на участника ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по електронна поща на посоченият от него електронен адрес на 04.07.2019 г.

В определения срок в Администрацията на президента, участникът е представил с вх. № 02-10-45 (33)/ 08.07.2019 г. допълнителни документи, които комисията разгледа и констатира следното:

ОП № 8 – Към техническото предложение участникът е представил документ от ИАЛ, с който се удостоверява липсата на регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти и за блокирани или изтеглени партии през последните две години за модел пациентен монитор, различен от предложението от участника.

В определения от комисията срок е постъпил документ от ИАЛ, удостоверяващ необходимите обстоятелства за модела пациентен монитор, идентичен с предложението от участника.

Предоставеният документ дава допълнителна информация и яснота за направеното от участника предложение без да се налага промяна в същото. Като взе предвид допълнително предоставения документ, комисията констатира, че техническото предложение по тази обособена позиция отговаря на изискванията на възложителя, заложи в документацията за участие и е в съответствие с техническата спецификация.

ОП № 18 – Към техническото предложение участникът е представил документ от ИАЛ, с който се удостоверява липсата на регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти и за блокирани или изтеглени партии през последните две години за модел пациентен монитор, различен от предложението от участника.

В определения от комисията срок е постъпил документ от ИАЛ, удостоверяващ необходимите обстоятелства за модела пациентен монитор, идентичен с предложението от участника.

Предоставеният документ дава допълнителна информация и яснота за направеното от участника предложение без да се налага промяна в същото. Като взе предвид допълнително предоставения документ, комисията констатира, че техническото предложение по тази обособена позиция отговаря на изискванията на възложителя, заложи в документацията за участие и е в съответствие с техническата спецификация.

II. С оглед констатациите по предходния раздел, комисията единодушно РЕШИ:

1. Допуска на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП до оценяване параметрите на техническите предложения на участника по позиции, както следва:

ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД по ОП № 8 и ОП № 18.

III. Комисията извърши оценяване на допуснатите оферти, съгласно Протокол № 2/ 04.07.2019 г. и предходната точка, по показатели „Гаранционен срок – П2“ и „Допълнителни предложения – П3“, съгласно методика от документацията за участие.

За показател „Гаранционен срок – П2“ комисията извърши изчисление по предвидената в документацията формула.

За показател „Допълнителни предложения – П3“ – оценката е експертна. Извърши се сравнителен анализ на съответните предложения от всички оферти по дадена позиция, определиха се точките за всяко конкретно предложение и се приложи формулата за изчисление на този показател, предвидена в документацията. При определяне на точките комисията съобрази направените предложения, които са в повече от минимално изискуемите, тяхното количество, вид и функционалност.

В резултат на извършеното, участниците получават точки по съответните показатели за съответната обособена позиция, както следва:

1. По ОП № 1:

	Участник	Показател	Точки
1.	СОЛОМЕД ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0.40

2. По ОП № 2:

	Участник	Показател	Точки
1.	СОЛОМЕД ЕООД	Гаранционен срок – П2	0.80
		Допълнителни предложения – П3	1.20
2.	МЕДИЛОН ЕООД	Гаранционен срок – П2	0.80
		Допълнителни предложения – П3	0
3.	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	1.20

3. По ОП № 3:

	Участник	Показател	Точки
1.	МЕДИЛОН ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0.40

4. По ОП № 4:

	Участник	Показател	Точки
1.	СОЛОМЕД ЕООД	Гаранционен срок – П2	0.80
		Допълнителни предложения – П3	0.60
2.	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0.60

5. По ОП № 5:

	Участник	Показател	Точки
1.	СОЛОМЕД ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0

6. По ОП № 6:

	Участник	Показател	Точки
1.	ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД	Гаранционен срок – П2	0.90
		Допълнителни предложения – П3	0.40
2.	ДАРИС-МС ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0.40

7. По ОП № 7:

	Участник	Показател	Точки
1.	ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0
2.	СОЛОМЕД ЕООД	Гаранционен срок – П2	0.80
		Допълнителни предложения – П3	0.40
3.	МЕДИЛОН ЕООД	Гаранционен срок – П2	0.80
		Допълнителни предложения – П3	1.40

8. По ОП № 8:

	Участник	Показател	Точки
1.	ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0

9. По ОП № 10:

	Участник	Показател	Точки
1.	ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0.80

10. По ОП № 11:

	Участник	Показател	Точки
1.	АГАРТА-ЦМ ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0

11. По ОП № 13:

	Участник	Показател	Точки
1.	ИНФОМЕД ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0

12. По ОП № 14:

	Участник	Показател	Точки
1.	МЕДИЛОН ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	1.20

13. По ОП № 15:

	Участник	Показател	Точки
1.	ИНФОМЕД ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0

14. По ОП № 18:

	Участник	Показател	Точки
1.	ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0
2.	АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	2.00

15. По ОП № 19:

	Участник	Показател	Точки
1.	С&Т БЪЛГАРИЯ ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0

16. По ОП № 20:

	Участник	Показател	Точки
1.	СОЛОМЕД ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0.80

17. По ОП № 21:

	Участник	Показател	Точки
1.	ЕЛ ДОРА ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	1.20

18. По ОП № 23:

	Участник	Показател	Точки
1.	ИНФОМЕД ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0.60

19. По ОП № 24:

	Участник	Показател	Точки
1.	ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0

20. По ОП № 25:

	Участник	Показател	Точки
1.	ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0
2.	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Гаранционен срок – П2	1.78
		Допълнителни предложения – П3	2.00

21. По ОП № 26:

	Участник	Показател	Точки
1.	ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0

22. По ОП № 27:

	Участник	Показател	Точки
1.	МЕДИЛОН ЕООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0.60

23. По ОП № 28:

	Участник	Показател	Точки
1.	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0

24. По ОП № 29:

	Участник	Показател	Точки
1.	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Гаранционен срок – П2	2.00
		Допълнителни предложения – П3	0.80

Конкретните предложения на участниците, начина на формиране на точките по показатели „Гаранционен срок – П2“ и „Допълнителни предложения – П3“, както и мотиви на комисията, са представени в Приложение № 1 към настоящия протокол, неразделна част от него.

IV. След извършване на горните действия комисията насрочва открито заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците на 15.07.2019 г. от 10:30 ч.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП съобщението за датата и часа и отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ да бъде публикувано на профила на купувача на възложителя.

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и подписан от всички членове на комисията на 10.07.2019 г.

Комисия:

Председател: (П)*

/ Дарина Владова /

Членове:

1. (П)*

/Миглена Манолова/

2. (П)*

/полк. доц. Георги Попов, дм/

3. (П)*

/проф. дтн инж. Иво Илиев/

4. (П)*

/Елена Славова-Овчарова/

5. (П)*

/инж. Анна Кръстева/

6. (П)*

/Ива Кацарова/

*Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Приложение № 1 към Протокол № 3/ 10.07.2019 г.

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 1 - Анестезиологичен апарат със съвместим пациентен монитор						
1 брой за: УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Соломед" ЕООД Dräger Perseus A500, Dräger Vista 120 Drägerwerk AG&Co. KGaA, Germany	24	2.00	Допълнителен комплект детски шлангове, маски за анестезия, филтри - 2 т.	2	0.40

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 2 - Анестезиологичен апарат						
1 брой за: МБАЛ „Св. Анна“ – гр. Варна						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Соломед" ЕООД Dräger Fabius Plus XL, Dräger Vista 120, Dräger Scio Four Oxi, Drägerwerk AG&Co. KGaA, Germany	24	0.80	Допълнителен ротаметър за подаване на кислород на анестезиологичния апарат - 2 т. Допълнителни лицеви маски за анестезиология, вакуум регулатор + стъкленици - 2 т. Допълнителен режим "синхронизирана вентилация" и за подпомагане по налягане - 2 т.	6	1.20

2	"Медилон" ЕООД Penlon Prima 320, Penlon Limited, United Kingdom C80, Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., China	24	0.80		0	0
3	"Дъчмед Интернешанъл" ЕООД Mindray Wato EX-35, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, China	60	2.00	Включен севофлуранов изпарител - 2 т. Включена спирометрия, аспирационно устройство с манометър, 24-часов тренд за всички мониторирани параметри. - 2 т. Възможност за работа с нисък поток и минимален поток - 2 т.	6	1.20

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019

ОП № 3 - Транспортен инкубатор

3 броя за:

СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ –гр. Варна /опция/

УМБАЛ „Канев“ –гр. Русе /опция/

ДМСГД – гр. Стара Загора

№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Медилон" ЕООД Baby Pod 20, Advanced Healthcare Technology Ltd., United Kingdom	24	2.00	Съвместим и може да се закрепя към всеки вид транспортна носилка - 2 т.	2	0.40

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019

ОП № 4 - Инкубатор за интензивни грижи

1 брой за: УМБАЛ „Св. Анна“ – гр. София						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Соломед" ЕООД Isolette C2000, Drägerwerk AG&Co. KGaA, Germany	24	0.80	Възможност за издърпване на пациентното легло извън инкубатора - 1 т. Поставка за монитор и стойка за инфузионни разтвори - 1 т. Температурни сензори за кожна температура - 1 т.	3	0.60
2	"Дъчмед Интернешанъл" ЕООД Air Incu i, Atom Medical, Japan	60	2.00	Надвишаване на минималните изисквания: 18.13. Филтър за входящ въздух с капацитет за улавяне на частици 0,1 микрона и ефективност 99,9 % - 2 т. Допълнителни предложения: Възможност за последващо надграждане с модул за пулсова оксиметрия - 1 т.	3	0.60

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 5 - Термолегло						
1 брой за: МБАЛ „НКБ“ – гр. София						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Соломед" ЕООД BabyTherm 8010, Drägerwerk AG&Co. KGaA, Germany	24	2.00		0	0

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 6 - Мобилен рентгенов апарат						
1 брой за: МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – гр.Габрово						

№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Илан Медицинска Апаратура" ООД BMI Jolly 20 Plus, BMI Biomedical International, S.r.L. Italy	27	0.90	Надвишаване на минималните технически изисквания: т. 6.4. Мощност: 20 kW - 1 т. Допълнителни предложения: Функция "описание на грешки" - 1 т.	2	0.40
2	"Дарис-МС" ЕООД MAC 32, General Medical Merate S.p.A, Italy	60	2.00	Надвишаване на минималните технически изисквания: т. 6.4. Мощност: 32 kW - 2 т.	2	0.40

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019

ОП № 7 - Транскутанен апарат за неинвазивно измерване на кръвен билирубин

2 броя за:

МБАЛ „Добрич“ – гр. Добрич /опция/

МБАЛ „Силистра“ – гр. Силистра

№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Илан Медицинска Апаратура" ООД Kejian KJ-8000, Xuzhou Kejian Hi-tech Co. Ltd., China	60	2.00	-	0	0
2	"Соломед" ЕООД Dräger JM-105, Drägerwerk AG&Co. KGaA, Germany	24	0.80	Баркод скенер за минимизиране на риска от човешки грешки - 2 т.	2	0.40

3	"Медилон" ЕООД BiliCare System, Gerium Medical Ltd., Israel	24	0.80	Наличие на резистивен сензорен екран - 2 т. Възможност за промяна на мерните единици на общия билирубин - 2 т. накрайници за проверка на калибрацията, антиконтаминационни калъфи (10 бр.) - 3 т.	7	1.40
---	---	----	------	---	---	------

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019

ОП № 8 - Пациентен монитор

9 броя за:

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – гр. Плевен (3 бр.)

УМБАЛ „Александровска“ – гр. София (3 бр.)

МБАЛ „НКБ“ – гр. София (3 бр.)

№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Илан Медицинска Апаратура" ООД Contec CMS 7000 Plus, Contec Medical Systems Co. Ltd., China	60	2.00		0	0

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019

ОП № 10 - Апарат за неинвазивна респираторна поддръжка

3 броя за:

УМБАЛ „Свети Георги“ – гр. Пловдив /опция/

СБАЛАГ „Майчин Дом“ – гр. София /опция/

УМБАЛ „Св. Анна“ – гр. София

№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20

1	"Дъчмед Интернешанъл" ЕООД Fabian Therapy Evolution, Acutronic Medical Systems AG, Switzerland	60	2.00	Възможност за електрическо захранване 100-240 V, 50-60 Hz, 12-24 V DC на линейка - 2 т. Регулиране на кислородния поток 0-19 L/min - 1 т. Алармена система за повреда в електрическото и газово захранване - 1 т.	4	0.80
---	--	----	------	---	---	------

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019

ОП № 11 - Дигитална система за транскутанен кръвно-газов мониторинг

5 броя за:

СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – гр. Варна /опция/
УМБАЛ „Свети Георги“ – гр. Пловдив /опция/
УМБАЛ „Пловдив“ – гр. Пловдив /опция/
СБАЛАГ „Майчин Дом“ – гр. София /опция/

МБАЛ „Хасково“ – гр. Хасково

№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Агарта-ЦМ" ЕООД Sentec OxiVent System, SenTec AG, Switzerland	24	2.00		0	0

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019

ОП № 13 - Ендоскопска система за видеогастроскопия

1 брой за:

УМБАЛ „Свети Георги“ – гр. Пловдив

№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20

1	"Инфомед" ЕООД Olympus GIF-Q165, Olympus GIF-N180, Olympus Medical Systems Corp., Japan	24	2.00		0	0
---	---	----	------	--	---	---

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 14 - Мобилна система за неинвазивно диагностициране и проследяване на ретинопатия при новородени						
1 брой за: СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“ – гр. София						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Медилон" ЕООД RetCam Shuttle, Natus Medical Incorporated, USA	24	2.00	Широкоъгълна леща тип D 1300 - 2 т. Накрайник с камера - 2 т. Системата осигурява снимане на видео с продължителност до 2 минути - 2 т.	6	1.20

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 15 - HD видеогастроскоп						
1 брой за: СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“ – гр. София						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Инфомед" ЕООД Olympus GIF-H180J, Olympus Medical Systems Corp., Japan	24	2.00		0	0

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 18 - Монитор за новородени и недоносени деца						
4 броя за: СБАЛАГ „Майчин Дом“ – гр. София						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Илан Медицинска Апаратура" ООД Contec CMS 7000 Plus, Contec Medical Systems Co. Ltd., China	60	2.00		0	0
2	"Антисел България" ООД Vismo PVM-2701, Nihon Kohden Corp., Japan	60	2.00	Надвишаване на минималните технически изисквания: т. 18.8. Тегло: 3,5 кг - 1 т. т. 18.9.1. Кабел за измерване на кислородното насищане: 4,10 м - 2 т. т. 18.9.1. Свързващ шлаух за неинвазивно измерване на кръвно налягане с дължина 5 м - 2 т. Допълнителни предложения: Възможност за намаляване на фалшивите аларми от аритмиите до 80% - 3 т. Накрайници/електроди на ЕКГ за обща употреба, 35 мм - 2 т.	10	2.00

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 19 - Фетален монитор						
1 брой за: СБАЛАГ „Майчин Дом“ – гр. София						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20

1	"С&Т България" ЕООД Philips Avalon FM50, Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Germany	24	2.00		0	0
---	---	----	------	--	---	---

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019

ОП № 20 - Респиратор за деца от висок клас с високочестотна вентилация и приставка за терапия с азотен оксид

1 брой за:

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – гр. София

№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Соломед" ЕООД Dräger Babylog VN500, Drägerwerk AG&Co. KGaA, Germany EKU NO-A, EKU Elektronik CmbH., Germany	24	2.00	Допълнителни лицеви маски за обдишване - 2 т. Разпращител за медикаменти "Aeroneb" - 2 т.	4	0.80

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019

ОП № 21 - Ендоскопска апаратура и инструментариум за миниинвазивна хирургия

1 брой за:

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – гр. София

№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Ел Дора" ООД Karl Storz GmbH & Co. KG, Germany	24	2.00	4 режима повече на монополярно рязане, включително и опция за рязане с аргон плазма - 2 т. 6 режима повече на монополярна коагулация, включително и опция с 3 режима за аргон-плазмена коагулация - 2 т. 5 биполярни режима повече - 2 т.	6	1.20

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 23 - Видеоендоскопско оборудване за педиатрична хирургия с инструментариум за оториноларингология						
1 брой за: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ – гр. София						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Инфомед" ЕООД Olympus Visera 4K UHD, Olympus Medical Systems Corp., Japan	30	2.00	Надвишаване на минималните технически изисквания: 23.5.2. Да има възможност за регулиране интензитета на светлината - Предлага възможност за избор между нормален и висок интензитет на осветяването, както и автоматично регулиране на осветяването. Намаляването на интензитета може да се регулира както в ръчен, така и в автоматичен режим. - 2 т. 23.6.2. Минимална дължина: 220 см. - Дължина на светловодния кабел: 300 см - 1 т.	3	0.60

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 24 - Система за синхронизация между ЕЕГ система и магнитно – резонансен томограф						
1 брой за: УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ – гр. София						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Вега Медикал" ЕООД MicroMagLink RT, Compumedics USA, Inc.	24	2.00		0	0

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 25 - Портативен ехокардиограф от висок клас						

1 брой за: МБАЛ „НКБ“ – гр. София						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Илан Медицинска Апаратура" ООД Esaote MyLab Omega, Esaote S.P.A., Italy	27	2.00		0	0
2	"Софарма Трейдинг" АД Vivid IQ, GE Medical Systems (China) Co. Ltd	24	1.78	Надвишаване на минималните технически изисквания: т.25.1.1. Конзола с компактен дизайн, с вградени 3 активни конекторта за трансдюсери - 2 т. Допълнителни предложения: Вградена техника за автоматична оптимизация на зоновото усилване на сигнала - по-добър контраст и резплюция - 2 т. Наличие на вградена в ехогарафа техника на автоматичен М-режим - 2 т. Вградена програма за анализ на миокарда с цветен тъканен доплер - 2 т. Вградена технология на тъканно проследяване - 1 т. Възможност за надграждане с трансдюсери за интракардиална ехокардиография - 1 т.	10	2.00

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 26 - Софтуерна програма за надграждане към апарат за изкуствена вентилация на новородени						
1 брой за: Втора САГБАЛ „Шейново“ – гр. София						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Вега Медикал" ЕООД Edi Catheter, NIV NAVA , Maquet Critical Care AB, Sweden	24	2.00		0	0

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 27 - Апарат за контролирана церебрална хипотермия						
1 брой за: УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – гр. Стара Загора						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Медилон" ЕООД Tecotherm Neo, TEC COM GmbH/Inspiration Healthcare, Germany	24	2.00	Вътрешна батерия, която позволява рестартиране от същите настройки, в случай на прекъсване на електрозахранването - 3 т.	3	0.60

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 28 - Холтер за кръвно налягане						
1 брой за: УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – гр. Плевен						
№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Медицинска техника Инженеринг" ООД Schiller BR-102 plus, Schiller, Switzerland	30	2.00		0	0

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2018/2019						
ОП № 29 - Холтер за сърдечна честота						
1 брой за: УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – гр. Плевен						

№ по ред	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Оценка по гаранционен срок	Допълнителни предложения	Допълнителни предложения	Оценка за допълнителни предложения
		Gn	P2= (10xGn/Gmax) x0.20		от 1 до 10 точки	P3= (брой точки)x0.20
1	"Медицинска техника Инженеринг" ООД Schiller Medilog AR, Schiller, Switzerland	30	2.00	Надвишаване на минималните технически изисквания: т. 29.2.1. - Пациентен кабел: 7-изведен за 3-канален запис - 2 т. т. 29.2.2. - Пациентен кабел: 5-изведен за 3-канален запис - 2 т.	4	0.80

Комисия:

Председател: (П)*

/ Дарина Владова /

Членове:

1. (П)*

/Миглена Манолова/

3. (П)*

/проф. дтн инж. Иво Илиев/

5. (П)*

/инж. Анна Кръстева/

2. (П)*

/полк. доц. Георги Попов, дм/

4. (П)*

/Елена Славова-Овчарова/

6. (П)*

/Ива Кацарова/

*Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП